

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/10/2025

İlan No : 2025-10-4033
İstem No : 83233
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/10/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HAVYA, LEHİM MAKİNASI	1	Adet					
2	MULTİMETRE	3	Adet					
3	AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI	1	Adet					
4	MERCEKLİ MASA LAMBASI	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Güç Kaynağı Teknik Şartnamesi

1. 5V ile 70V arasındaki voltajlarda çalışabilmelidir.
2. 0-10 Amper çıkış sağlayabilmelidir.
3. Seçilebilir giriş empedansı ($1k\Omega$ ya da 50Ω) olmalıdır.
4. Osiloskoba akım izleme çıkışı olmalıdır.
5. Alternatif ya da doğru akım çift girişine sahip olmalıdır.
6. Kısa devre voltaj kontrolü olmalıdır.
7. Voltaj ve akım okumaları için LCD ekrana sahip olmalıdır.
8. Termal koruma özelliğine sahip olmalıdır.
9. En az iki yıl garantili olmalıdır.
10. En az 10 yıl boyunca yedek parça temini garantisi verilmelidir.


BURAK DİNÇER
BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANE
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU

Isı Ayarlı Havya Teknik Özellikleri

- 1) Talep edilen Havya, Dijital Isı Ayarlı olmalıdır.
- 2) Cihazın besleme gerilim aralığı 220 ~ 240 VAC arasında olmalıdır.
- 3) Cihazın güç tüketimi 48W olmalıdır.
- 4) Cihazın Sıcaklık Aralığı 160 ~ 480 °C arasında olmalıdır.
- 5) Cihazın Isıtma çıkışı 24VAC olmalıdır.
- 6) Cihazın sıcaklık değerlerini ayarlama (SET) ve sabitleme (HOLD) özelliğine sahip olmalıdır.
- 7) Cihaz üzerinde sıcaklık değerlerinin okunabilmesi için LCD (Dijital) ekran bulunması gerekmektedir.
- 8) Cihazın satıcı tarafından 2 yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.


BURAK GÖÇER
BIYOMEDİKAL TEKNİKLERİ


NURETTİN DİNÇER
MERCAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL GRUPLUŞU

Mercekli Masa Aydınlatma Teknik Şartnamesi

1. Lens Çapı en az 127 mm olmalıdır.
2. Büyütme Gücü 5 Dioptr olmalıdır.
3. LED Adedi en az 80 Adet olmalıdır.
4. Güç Tüketimi 8 Watt olmalıdır.
5. Işık Akısı (Lümen) 1000 Lümen olmalıdır.
6. Aydınlatma Gücü (Lux) 3800 Lux olmalıdır.
7. Çalışma Voltajı DC 12 Volt olmalıdır.
8. Lamba ayağı masaya bağlanmalıdır ve sabit durmalıdır.
9. Numune değerlendirmesi yapıldıktan sonra uygunlu verilecektir.


BURAK GÜTER
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL KORDİNASÖRÜ



MULTİMETRE TEKNİK ŞARTNAME

- 1) Cihaz DC Voltaj , AC Voltaj, DC Akım, AC Akım, Direnç, Kapasite, Frekans ve Diyot ölçümü yapabilmelidir.
- 2) Cihaz DC Voltaj kademesinde 600V gerilimi $\%0.5 \pm 3$ doğrulukla ölçebilmelidir.
- 3) Cihaz AC Voltaj kademesinde 600V gerilimi $\%1 \pm 3$ doğrulukla ölçebilmelidir.
- 4) Cihaz DC Akım kademesinde 10A akımı $\%1.5 \pm 3$ doğrulukla ölçebilmelidir.
- 5) Cihaz AC Voltaj kademesinde 10A (40Hz ile 200Hz arası) akımı $\%1.5 \pm 3$ doğrulukla ölçebilmelidir.
- 6) Cihaz Frekans kademesinde 100kHz frekansı 0.1Hz çözünürlükle gösterebilmelidir.
- 7) Cihaz Kapasitans kademesinde 1000 μ F kapasiteyi 1 μ F çözünürlükle gösterebilmelidir.
- 8) Cihaz Direnç Kademesinde 40M Ω direnci 0.01M Ω çözünürlükle gösterebilmelidir.
- 9) Cihaz 0°C ~ +60°C aralığında çalışabilmelidir.
- 10) Cihaz 600 sayımlı ve saniyede 3 kere yenileme hızına sahip LCD ekrana sahip olmalıdır.
- 11) Cihazın satıcı tarafından 2 yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.


MURAK GÖCER
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ