

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/11/2025

İlan No : 2025-11-4162
İstem No : 83258
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KARTUŞ, EPSON YAZICI İÇİN, RİBON, 22B	10	Adet					
2	KARTUŞ, EPSON YAZICI İÇİN, RİBON, 28B	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

YAZICI KARTUŐU, STERİLİZATÖR İÇİN, TEKNİK ŐARTNAME

1. Epson- ERC 22B Ribon kartuő orijinal őerit, Amsko İnvester sterilizasyon yazıcısı ile uyumlu olmalıdır. *Steris*
2. őerit bandı korunaklı olmalıdır.
3. Verilecek őerit kartuő orijinal olmalıdır.
4. Cihazda kartuőtan dolayı oluőacak problemler satıcı firmaya ait olup cihaz ve yazıcının sorununun giderilmesinden firma yūkumlūdūr.


NİHAT AYDOĐAN


Nihat Bolcalı

**YAZICI KARTUŐU, KAPATMA MAKİNELERİ İÇİN,
TEKNİK ŐARTNAME**

- 1- Epson ERC-28 B Ribbon kartuő orijinal őerit, ASP HS 100 ve BELİMED-HAWO kapatma makineleri ile uyumlu olmalıdır.
- 2- őerit bandı korunaklı olmalıdır. Oturma yuvası oyuklu olmalı ve yazıcıya uyumlu olmalıdır.
- 3- Verilecek őerit kartuő orijinal olmalıdır.
- 4- Cihazda kartuőtan dolayı oluőacak problemler satıcı firmaya ait olup cihaz ve tonerin sorununun giderilmesinden firma yūkumlūdūr.


Nihat AYDOĐAN


Nihat SOZKURT.