

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

30/10/2025

İlan No : 2025-10-4091  
İstem No : 83261  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon  
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

K.D

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/11/2025 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                            | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | DETERJAN, CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNALARI İÇİN | 20     | Kg    |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

## DETERJAN, CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNELERİ İÇİN

1. Ürün tıbbi ve laboratuvar alanında kullanılan tüm cerrahi aletler ve aksesuarlarının ısıya dayanıklı tüm tıbbi cihazların cerrahi alet yıkama makineleri ile temizliğinde kullanılabilirdir.
2. Ürün konsantre ve katı formda olmalıdır. Dozajlama dispenserleri ile sıvı hale dönüştürülüp cerrahi alet yıkama makinelerine dağıtılabilmelidir.
3. Dozaj pompası olan bütün makinelerde 2-10 mL/ L oranında kullanılabilirdir.
4. Ürün korozyon inhibitörü içermelidir.
5. Ürün bileşiminde fosfat, EDTA ve NTA bulunmamalıdır.
6. Kullanıma hazır sulandırılmış ürünün pH değeri 10-11 arasında olmalıdır.
7. Ürünün, yıkanan malzemeden su ile tamamen durulanabilir olduğunu gösteren Biyouyumluluk (ISO 10993) raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
8. Ürün Güvenlik Bilgi Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
9. Ürün katı formda en fazla 5 kg lık ambalajlarda olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası yazmalıdır.
11. Ürün en az 2 (iki) yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
12. Ürün ile birlikte ürünü sıvı hale dönüştürüp yıkama makinelerine dağıtacak olan dozajlama dispenserini firma tarafından ücretsiz olarak teslim edilecektir.
13. Ürün ve dozajlama dispenserini ünitelerde kullanılan Belimed ve Steris marka cerrahi alet yıkama makineleri ile uyumlu olmalıdır.
14. Dozajlama dispenserini ürün yerleştirme hatalarında ya da ürün bitiminde kullanıcıyı sesli ve görüntülü olarak uyarmalıdır.
15. Dispenserin bakımı ve kalibrasyonu firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.
16. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune olarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozyon etki vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
17. Numuneler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

  
Prof. Dr. Gülden ERSÖZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Sterilizasyon Ünitesi  
Sorumlu

  
Ayser MERİÇ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi  
Sorumlu Hemşire