

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/11/2025

İlan No : 2025-11-4161
İstem No : 83284
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GREFT, DACRON, TÜP, WOVEN, KAPLAMALI, 26MMX15-30CM.	10	Adet					
2	GREFT, DACRON, TÜP, WOVEN, KAPLAMALI, 30MMX15-30CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

GREFT, DACRON, TÜP, WOVEN, KAPLAMALI, 26MMX15-30CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dacron yapıda olmalıdır.
2. Greft kaplamalı olmalıdır.
3. Akordeon özelliği ile esneyebilmelidir.
4. Sızdırmazlık özelliği olmalı ve terleme yapmamalıdır.
5. Özel bir suture kullanımı gerekmemelidir.
6. Pre-Clotting gerektirmemelidir.
7. Optimal velour yapısı, düzgün psodointima tabakası oluşturmamasını kolaylaştırmalıdır.
8. İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için, greft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
9. Greft Woven (dokuma) şeklinde üretilmiş olmalıdır
10. Dikimi kolay olmalı greftlerde oblik, transvers kesilme esnasında ya da greftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
11. Anastomoz sırasında kanama minimum düzeyde olmalıdır.

İrd. Doç. Dr. Murat ÜZEREN
Mardin Şehir Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No. 11040

Prof. Dr. Murat ÜZEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.
Dip. Tes. No. 43602

GREFT, DACRON, TP, WOVEN, KAPLAMALI, 30MMX15-30CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dacron yapıda olmalıdır.
2. Graft kaplamalı olmalıdır.
3. Akordeon özelliđi ile esneyebilmelidir.
4. Sızdırmazlık özelliđi olmalı ve terleme yapmamalıdır.
5. Özel bir stur kullanımı gerekmemelidir.
6. Pre-Clotting gerektirmemelidir.
7. Optimal velour yapısı, düzgn psodointima tabakası oluřturmasını kolaylařtırmalıdır.
8. İmplantasyon esnasında bklmeleri ve dnmeleri önlemek için, graft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
9. Graft Woven (dokuma) řeklinde üretilmiř olmalıdır
10. Dikimi kolay olmalı greftlerde oblik, transvers kesilme esnasında ya da greftlerden parça çıkarıldıđında, örg yapısına bađlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
11. Anastomoz sırasında kanama minimum düzeyde olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Bkr
Marmara niversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No: 43862

Prof. Dr. Murat ZEREN
ME Sađlık Arařtırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No: 43862