

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/11/2025

İlan No : 2025-11-4172
İstem No : 83301
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANÜL, PERFÜZYON, KORONER ARTER, 90°	15	Adet					
2	KANÜL, PERFÜZYON, KORONER ARTER, 45°	15	Adet					
3	KANÜL, KARDİYOPELJİ, KORONER OSTIUM	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KANÜL, KARDİYOPLEJİ, KORONER OSTİUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda koroner ostiumlardan kardiyopleji vermek amacıyla kullanılmalıdır
2. Kanül silikondan yapılmış olmalıdır.
3. Kanülün uç kısmı yumuşak ampul şeklindeki olmalıdır.
4. Kanüller femail luer bağlantısı olmalıdır.
5. Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda koroner ostiumlardan kardiyopleji vermek amacıyla kullanılmalıdır

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir BİLOÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.
Dip. Tes. No. 48682

Prof. Dr. Murat ÖZEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.
Dip. Tes. No. 48682

KANÜL, PERFÜZYON, KORONER ARTER, 45° TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Antegrad pefüzyonda kullanılabilmelidir.
2. Kanüller, radiopak ve flanşlı özellikli olmalıdır.
3. Kanül şaftı yumuşak ve paslanmaz çelik olmalıdır.
4. Kanül proksimalde female luerli olmalıdır.
5. Kanül basket uçlu olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLGİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Fak. Tel. No: 440270

Prof. Dr. Murat ÖZEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Fak. Tes. No: 440821

KANÜL, PERFÜZYON, KORONER ARTER, 90° TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Antegrad pefüzyonda kullanılabilmelidir.
2. Kanüller, radiopak ve flanşlı özellikli olmalıdır.
3. Kanül şaftı yumuşak ve paslanmaz çelik olmalıdır.
4. Kanül proksimalde female luerli olmalıdır.
5. Kanül basket uçlu olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLGİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 110770

Prof. Dr. Murat ÖZEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 48682