

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/11/2025

İlan No : 2025-11-4181
İstem No : 83326
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İĞNE, SPINAL, 20G	100	Adet					
2	İĞNE, MEME BİYOPSİ, LOKALİZASYON, 20G, 10CM	50	Adet					
3	İĞNE, BİYOPSİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAYA UYUMLU, 12G, 16CM	50	Adet					
4	İĞNE, MEME BİYOPSİ, LOKALİZASYON, 20G, 15CM	50	Adet					
5	İĞNE, BİYOPSİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAYA UYUMLU, 16G, 10CM	155	Adet					
6	İĞNE, BİYOPSİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAYA UYUMLU, 16G, 15CM	155	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.


**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**


TUTANAK

Radyoloji AD'de yeni cihazlar alındığından dolayı Şubat ayına kadar ne kadar malzeme kullanılacağı şu an net olarak öngörülememektedir. Sayılar bu risk göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Mahmut Tör
Mersin Üniversitesi Hastane
Radyoloji A.D.
Sorumlu Teknikeri


Doç. Dr. Barış TEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji
Dip. Tes. No.: 014083


Prof. Dr. Feramuz Demir APAYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No.: 10031

TÜMÖR İŞARETLEME İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(S25543,S36552,S36553)

1. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Uygulanacak tedavi öncesi tümör dokunun işaretlenmesi amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
3. Tümör İşaretleme iğnesi, kalıcı marker içerdiği için sınıf IIb kriterlerine uygun olarak CE belgesine sahip olmalı, Tümör marker ın sınıf IIb nin gerektirdiği tüm biyo-uyumluluk testleri yapılmış olmalıdır ve bu belgeler idareye sunulmalıdır.
4. İğne uç yapısı doku girişini kolaylaştıracak şekilde keskin ve atravmatik olmalıdır.
5. Tümör işaretleme sistemi bir adet girişim iğnesi ve iğneye yüklenmiş şekilde bulunan %99.99 Saf Altın polimer tümör marker dan oluşmalıdır.
6. İşaretleme iğnesi, tümör işaretleyicinin kolay ve güvenli şekilde yerleşmesine imkan verecek şekilde özel tasarlanmış bir sap dizaynına sahip olmalıdır.
7. İğne yerleştirme sistemi ele oturan, ergonomik yapıda olmalı, parmakla itme hareketi ile kolayca çalışmalıdır.
8. İşaretleyicinin yerleşimi sırasında yanlış pozisyonlamayı engellemek için emniyet mekanizması olmalıdır.
9. Tümör işaretleyici yerleştirme işlemi sırasında iğneden düşmeyecek yapıda olmalı, hedef bölgeye ulaşana dek güvenli şekilde iğne içinde kalmalıdır.
10. Tümör işaretleyici marker Ultrasound, X-Ray ve MR gibi tüm görüntüleme sistemleri altında görünebilir olmalıdır.
- 11- İşaretleme iğnesi **20G-90cm,20G-15cm,20G-10cm** ölçekli olmalı, distal ucu ekojenik olmalıdır.
- 12- Radyoloji AD uygunluk alınmalıdır.

Doç. Dr. Barış TAN
Mertin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji
Dip. Tes. No.: 014083

Dr. Ramuz Demir APAYDIN
Mertin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No.: 100

OTOMATİK TABANCA UYUMLU BİYOPSİ İĞNESİ
(14G-10cm, 12G-16cm, 16G-10cm, 16G-15cm,18G-15cm)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi Ultrasonografi (US), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Mamografi eşliğinde yüksek kaliteli trucut tipi doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.
2. Biyopsi iğnesi ortak eksenli (coaxial) çalışan yeterli dolgunlukta doku örneği alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
3. Biyopsi iğnesi üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici santimetre işaretleri olmalıdır.
4. Biyopsi iğnesi kalınlığını kolayca seçebilmek için renk kodlu olmalıdır.
5. Biyopsi iğnesi, US, BT ve Mamografi altında yüksek görünürlük özelliğine sahip olmalıdır.
6. Alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan dışarıya alınabilmelidir.
7. Biyopsi iğneleri **14G-10cm, 12G-16cm, 16G-10cm, 16G-15cm,18G-15cm** kalınlık ve uzunluklara sahip olmalıdır.
8. Biyopsi iğnesi stereotaktik makineler ile uyumlu olmalıdır.
9. Biyopsi iğnesi steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
12. İğneler orijinal ve üretici firma onaylı olmalı, CE belgesine sahip olmalıdır. Onay belgesi istendiği takdirde sunulmalıdır.
13. Radyoloji Anabilim Dalı'ndan uygunluk alınmalıdır.

Doç. Dr. Barış TEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji
Dip. Tes. No.: 014083

Prof. Dr. Feramuz Demir APAYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No.: 10031