

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

31/10/2025

İlan No : 2025-10-4104
İstem No : 83333
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Hastalıkları / Göğüs Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EBUS İÇİN ASPIRASYON İĞNE SETİ, MAVİ, 22G	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

SMT1052 ASPİRASYON İĞNE SETİ, EBUS İÇİN

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, endobronşiyal ultrasonografik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Set içerisinde; a)EBUS cihazı için tasarlanmış 1 adet steril ve tek kullanımlık transbronşiyal aspirasyon iğnesi (EBUS-TBİA), b)1 adet minimum 20ml'lik enjektör (aspirasyon yapabilmek için vakum gücü yüksek, kilitlenebilir özelliği olan, musluklu), c)1 adet tek kullanımlık adaptör biyopsi valfi (Biyopsi valfi ürün üzerindeki kilitleme sistemi cihaz markasına göre tasarlanmış ve kilitlenebilir özellikte ise biyopsi valfine gerek yoktur.) olmalıdır. 3. EBUS -TBİA, iğnenin saplanması ve farklı yerlerden örnek alınmasını kolaylaştırıcı işlem süresi boyunca keskinliğini ve formunu koruyabilen paslanmaz çelik materyalden üretilmiş olmalıdır. 4. EBUS -TBİA, çalışma kanalı 2.0 mm ve 2.2 mm'lik EBUS cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır. 5. Toplam Çalışma kanalı uzunluğu 700-740 mm arasında olmalıdır. 6. EBUS iğnesinin kalınlığı 19, 21, 22 veya 25 G, iğne uzunluğu 0-40 mm arasında ve ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	7. EBUS-TBİA, EBUS cihazının çalışma kanalı ve distal ucundaki eklemsel yapıya zarar vermeyecek ve endoskopun açılma kabiliyetini kaybettirmeyecek esneklikte olmalıdır. 8. EBUS –TBİA'nın iğne kontrol ünitesi, bronkoskop biyopsi valfi kilitleme mekanizmasına sahip olmalı veya bronkoskop biyopsi skopi ünitesine birebir kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır. Böylece mevcut EBUS cihazı ile bire bir uyumlu olarak kullanılabilirdir. 9. İşlem esnasında ultrasonografik görüntüde iğne görüntüsü kaybı yaşanmamalı; bunun için EBUS-TBİA ucu ekojenik tasarımlı olmalıdır. 10. EBUS -TBİA; uygulama sırasında ayarlanmaya gerek kalmadan stile

SMT1052 ASPİRASYON İĞNE SETİ, EBUS İÇİN

	boyu iğne boyunu geçmemeli ya da isteğe bağlı, olası doku yaralanmalarını engellemek ve cihaza istem dışı zarar vermemek için stile boyu iğne boyuna eşit ya da daha uzun olarak ayarlanabilir olmalıdır. Bu özellik kullanıcının isteğine göre belirlenebilir olmalıdır. 11. EBUS –TBİA’nın kılıf kilit mekanizması olmalı, kılıf boyu isteğe uygun olarak ayarlanabilmeli ve kilitlenebilmelidir. Tekrarlayan biyopsi işlemlerinde yeniden ayarlanmaya gerek duyulmamalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürünler steril tek paket içerisinde birlikte veya ayrı paketlerde verilmelidir. 13. Ürün kurumda kullanılan cihaz ile uyumlu olmalıdır. 14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Prof. Dr. M. Ali KÖĞÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Diyadin, 99070 4422 5259

Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Diyadin, No: 49364/38829