

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/11/2025

İlan No : 2025-11-4153
İstem No : 83353
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIMI

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SONDA, VAJİNAL, POSPARTUM BALON	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

SONDA VAJİNAL POSTPARTUM BALON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Doğum ve düşük sonrası rahim içi kanamalarının azaltılmasını ve durdurulmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Uterin boşluğu içinde hızlıca tamponlama sağlayabilmelidir.
- 3-Normal ya da sezaryen doğumu sonrasında kullanılabilirdir.
- 4-Balon % 100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex olmamalıdır.
- 5-Ürün bir pakette set halinde olmalı ve 1 adet 60 cc'lik tamamı şeffaf halde şırıngası set içinde hazır bulunmalıdır.
- 6-Balon, daima yalnızca steril sıvı ile şişirilmelidir.
- 7-Kanamamanın durdurulmasını elverişli gözlemlemek için balon distal ucunda, şişirildikten sonra da balonun dış kısmında çıkıntı halinde kalacak şekilde bir drenaj girişi bulunmalıdır.
- 8-Balon, 24 fr çapında maksimum şişirme hacmi 500 ml olmalı ve şişirildiğinde yuvarlak bir şekil almalıdır.
- 9-Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 54 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 10-_Kullanım süresi 24 saatten fazla olmamalıdır, işlem için kolay yerleştirilebilir ve çıkarılabilir olmalıdır.
- 11-Ürünün literatürünü bilimsel yayınlarını ve animasyon video kaydını içeren bilgiler bir dosya halinde ürün beraberinde kullanıcıya teslim edilmelidir.
- 12-Peel open pakitleme ile steril edilmiş olmalıdır.
- 13-Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
- 14-Orijinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.
- 15-Ürün ; uluslar arası kabul görmüş standartlardan CE belgesine sahip olmalıdır.

Tuğba GÜLCİHAN OKUYUCU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Hakan AYTAÇ
MEÜ Sıhık Hastırma
ve Üst Hastırma Merkezi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Servisi