

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/11/2025

İlan No : 2025-11-4132
İstem No : 83387
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SU ARITMA CİHAZI İÇİN TUZ, TABLET ALIMI

DN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TUZ, TABLET, SU ARITMA CİHAZI	3000	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proform faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
 - 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
 - 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
- ÖNEMLİ:**
- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

**SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. En az iki defa rafine edilmiş kaya tuzundan üretilmiş ve beyaz kristal yapıda olmalıdır.
2. Birinci sınıf ultra rafine tablet halinde olmalı ve sulu çözeltisi berrak olmalıdır.
3. Ürün suda çözüldüğünde tortu, çamur, kil ve kum bırakmamalıdır.
4. 25 kg'lık P.P (polypopilen) torbalar halinde sudan etkilenmeyecek şekilde ağzı kapalı olmalıdır. İç tarafı ise naylon kaplı olmalıdır.
5. Torbaların üzerinde tuzun ismi, üretim tarihi ve miktarı mutlaka belirtilmelidir. Üzerinde miktarı belirtilmeyen tuz kabul edilmeyecektir.
6. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim yeri ve markası yazılı olmalıdır.
7. Nem oranı en çok % 0,3 olmalıdır.
8. İçerisindeki (NaCl) oranı en az % 99 olmalıdır.
9. İçerisindeki kalsiyum oranı en çok 0,8 mg/kg olmalıdır.
10. Toplam sertlik (% 10 luk çözeltide) 1,3-1,5 fr olmalıdır.
11. Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olmalı ve TSE belgesi olmalıdır.
12. Satın alınan mallar satıcı firma tarafından alıcının göstereceği hemodiyaliz ünitesi deposuna düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.
13. Diyaliz arıtma suyu yumuşatma sisteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.
14. Alınan ürün mesai saatleri içinde teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Ahmet Alper KIVKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. Tes. No.: 63744

Esra KÖSE
Hemodiyaliz
Sorumlu