

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/11/2025

İlan No : 2025-11-4136
İstem No : 83388
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

DN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, VEN, 16G	1500	Adet					
2	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, ARTER, 16G	1500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:
1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, VEN 16 G, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fistül iğneleri tek kullanımlık, buhar ya da gama steril olmalı ve sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
2. Fistül iğneleri 16 gauge olmalıdır (Pediatrik kullanım için 17-18 gauge). Ünitenin isteği doğrultusunda 17 gauge talep edilebilir olmalıdır.
3. Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalıdır.
4. İğne uçları plastik muhafaza ile korunmuş olmalıdır.
5. İğnelere ait ambalajın tamamı polietilen şeffaf malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Her iki iğnede, iğne bitimi sabitleme ve pozisyon kelebeği olmalıdır.
7. Her iki sette de tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır.
8. İğne boyları 2-3 cm., toplam tüp uzunluğu 15-30 cm. olmalıdır.
9. İğne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.
10. Tüm universal arter ve ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
11. Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görülebilmelidir. Dış ambalajda arter veya ven iğnesi olduğunu belirtir renkli işaretler bulunmalıdır.
12. Her iki fistül iğnesi de döner başlıklı olmalıdır.

FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, ARTER 16 G, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fistül iğneleri tek kullanımlık, buhar ya da gama steril olmalı ve sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
2. Fistül iğneleri 16 gauge olmalıdır (Pediatrik kullanım için 17-18 gauge). Ünitenin isteği doğrultusunda 17 gauge talep edilebilir olmalıdır.
3. Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalıdır.
4. İğne uçları plastik muhafaza ile korunmuş olmalıdır.
5. İğnelere ait ambalajın tamamı polietilen şeffaf malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Her iki iğnede, iğne bitimi sabitleme ve pozisyon kelebeği olmalıdır.
7. Her iki sette de tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır.
8. İğne boyları 2-3 cm., toplam tüp uzunluğu 15-30 cm. olmalıdır.
9. İğne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.
10. Tüm universal arter ve ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
11. Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görülebilmelidir. Dış ambalajda arter veya ven iğnesi olduğunu belirtir renkli işaretler bulunmalıdır.
12. Arter fistül iğnesinde dinamik kan akımı sağlamak ve iğnenin şant duvarına yapışmasını engellemek için delik bulunmalıdır.
13. Her iki fistül iğnesi de döner başlıklı olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet Alper KIVKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. Tes. No.: 63744

Esra KÖSE
Hemodiyaliz
Sorumlusu