

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/11/2025

İlan No : 2025-11-4129
İstem No : 83408
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

Ay

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PERİKARDİO SENTEZ KİTİ, 8.-8.3FR	5	Adet					
2	KONNEKTÖR, Y, SET	300	Adet					
3	GUIDE WIRE, J UÇLU, 0.038", 260CM	50	Adet					
4	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SOL, 5F, JL3.5	200	Adet					
5	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SOL, 5F, JL4	100	Adet					
6	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SAĞ, 5F, JR4	200	Adet					
7	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SAĞ, 5F, AR1	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profor faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

1. PERİKARDİO SENTEZ KİTİ, 8-8.3FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Set pericardiosentez işlemi için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 1 adet 8- 8.3F 40cm.ölçüde ve 6 adet sideport'u bulunan pigtail uçlu pericardiosentez kateteri olmalıdır.
- 1 adet 0.038" 70cm.ve 3mm. J uçlu stiff Gw olmalıdır.
- 1 adet 18G/15cm. İğne ve bu iğne ile uyumlu kılıf olmalıdır.
- Uygun ölçülerde dilatör olmalıdır.
- Bağlantı aparatları, üç yollu musluk ve alligator clip olmalıdır.
- Drenaj torbası olmalıdır.
- Kateter kolay giriş sağlaması için tapered uç konfigürasyonuna sahip olmalıdır.

2. KONNEKTÖR, Y, SET, TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Set koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında yapılan tüm girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- Set, Y konnektör, insertion tool ve torquer kısımlarından oluşmalıdır.
- Y konnektör aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
 - Dayanıklı ve iyi bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 - Y ünitesi en az 30 derece açılı olmalıdır.
 - Ürün, kan akımını engelleyici özel bir valf sistemine sahip olmalıdır.
 - Valf kapalı iken kan sızmamalı ve sisteme hava girişi olmamalıdır.
 - Valf geçiş kısmı iç lümen çapı en az 9F olmalıdır.
 - Valf sistemi guide wire'a zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.
 - Valf tek bir hareketle açılabilmesi ve kapatılabilmesidir.
 - Malzeme, hava kabarcıklarının görülebilmesine imkan sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır.
 - Y konnektör ile kısa line verilmelidir. Bu line aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır;
 - Line'in bir ucu "M" diğer ucu "F" özellikte olmalıdır.
 - Line'in uzunluğu en az 15 cm olmalıdır.
 - Line yüksek basınca dayanıklı olmalıdır.
- İnsertion tool aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
 - Paslanmaz metalik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

İMZA Uzm. Hems. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Öğr. Gör. Dr. Emrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dış. Tes. No: 159789	İMZA Prof. Dr. İ. Türey ÖZCAN Mersin Univ. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKAN Dış. No: 2506
---	--	---

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

- b) Uzunluğu 10-12 cm arasında olmalıdır.
- c) Künt uçlu olmalıdır.
- d) İinsertion tool, 0.014" guide wire'ın rahatça geçmesine olanak sağlamalıdır.
- e) İinsertion tool, Y konnektör ile uyumlu bir kullanım pratiğine sahip olmalıdır.
- 5. Torquer aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
 - a) Dayanıklı ve iyi bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 - b) Torquer, 0.010 – 0.025" arası tüm guide wire'ların kullanımına olanak sağlamalıdır.
 - c) Ergonomik bir dizayna sahip olmalıdır.
 - d) Torquer ile guide wire çok iyi manipüle edilebilmelidir.
 - e) Sıkıştırma ünitesi, guide wire'ların kaplamasına zarar vermemelidir.
- 6. Setin tüm kısımları rahat bir kullanım pratiğine sahip olmalıdır.

3.GUIDE WİRE, J UÇLU, 0.038", 260 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1. Guide wire fixed core özellikte ve tamamen PTFE (teflon) kaplı olmalıdır.
- 2. Guide wire radyoopak yapıda ve uç kısmı "J" şeklinde olmalıdır.
- 3. Guide wire'ın "J" ucu kolaylıkla retrakte edilebilir özellikte olmalıdır.
- 4. Guide wire'ın distal ucu esnek ve atravmatik yapıda olmalıdır.
- 5. Guide wire'ın esnek distal kısmı en az 5 cm uzunlukta olmalıdır.
- 6. Guide wire'ın distal ucu işlem sırasında çabuk deforme olmamalıdır.
- 7. Guide wire bire bir torq özelliğine sahip olmalıdır.
- 8. Guide wire kateter içinden geçerken zorlanmamalı, bükülmemeli ve kırılmamalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Öğr. Gör. Dr. Emrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No: 199780	İMZA Prof. Dr. İ. Turgay ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ AD. BAŞKANI Dip. No: 2500
---	--	--

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

4-7. KATETER ANJİYOĞRAFI, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU 5F TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1. 5F Kalınlığında içinden 0.038 inch guide wire geçecek şekilde olmalıdır.
2. Opak maddenin rahat gönderilebilmesi için,iç lümeninin geniş olması gereklidir.
3. İç Lümen en fazla 0,056 inch olmalıdır.
4. Shaftı poliüretan veya nylon bazlı yapıda olmalıdır.
5. Kateterin uç kısımları hariç,iç kısımları çelik tel ile iyice desteklenmiş olmalıdır.
6. Kateterin uç bölümü damarda travma yaratmamak için soft yapıda olmalıdır.
7. Kateter shaftı softer ve stiffer olmak üzere iki farklı seçeneği olması tercih sebebidir.
8. Pompa ile opak verildiğinden kateter shaftı basınca dayanıklı olmalıdır.
9. Max basınç;12000 PSİ ya da 83 bar olmalıdır.
10. Kateterler tekli steril paketlerde olmalıdır.

İMZA	İMZA	İMZA
Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	Öğr. Gör. Dr. Emrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No.: 199780	Prof. Dr. I. Turkan ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ B. BAŞKAN Dip. No: 2509