

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/11/2025

İlan No : 2025-11-4167
İstem No : 83417
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SHUNT, ORTA BASINÇLI, HİDROSEFALİ, VENTRİKÜLOPERİTONEAL, ANTİBİYOTİKSİZ, YETİŞKİN	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

509691

SHUNT, ORTA BASINÇLI, HİDROSEFALİ, VENTRİKÜLOPERİTONEAL, ANTİBİYOTİKSİZ, YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler etilenoksit ile steril edilmiş ve çift kat paketlenmiş olmalıdır.
2. Şant setinin muhteviyatında birer adet; en az 80 cm'lik baryum çizgili açık veya kapalı uçlu peritoneal kateter, en az 18 cm.lik baryum emdirilmiş işaretli ventriküler kateter ve stylet, düz tabanlı antisifonlu dahili rezervuarlı valf bulunmalıdır.
3. Şant valfi konnektörler hariç en fazla 40 mm boyunda en fazla 17 mm eninde ve yüksekliği en fazla 8 mm olmalıdır. Antisifon mekanizması valfin veya pompanın distal ucunda yer almalıdır.
4. Valf ve rezervuar metal kullanılmayan diyafram valf teknolojisi ile silikon membrandan veya silikon membran ve polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Rezervuar düztabanlı, kafa şekline uyumlu olmalıdır.
6. Rezervuar üzerinde tantalum basınç göstergesi olmalıdır.
7. Şantlar, MRI veya CT görüntüsüne engel olmayacak materyallerden üretilmiş olmalı ve kesinlikle metal parça içermemelidir.
8. Rezervuar üzerinde radyopak basınç ve akış yönü göstergesi olmalıdır.
9. Rezervuar, valf, ventriküler kateter ve peritoneal kateter aynı kutu içerisinde ya da ayrı ayrı kutularda olmalıdır.
10. Ventriküler ve peritoneal kateterler silikondan yapılmış olmalıdır
11. Peritoneal kateter iç çapı 1,3 mm, dış çapı 2,5 mm olmalı, kateter rezervuar ile birleşik olmalı, üzerinde mikro valf bulunmalıdır
12. Ventriküler kateter iç çapı 1,3 mm, dış çapı 2,5 mm olmalı, mermi uçlu olmalı ve ucundan itibaren 17 mm mesafeye kadar dört yönlü çoklu delik sistemi olmalıdır
13. Ventriküler kateter aynı steril pakette rezervuar veya valf ile birleştirilmiş veya birleştirilmemiş olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Diyar. Tes. No: 54253/100000

Doç. Dr. Oyasi Derya KARAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Diyar. Tes. No: 54253/100000