

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

31/10/2025

İlan No : 2025-10-4124
İstem No : 83421
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİBER SPO 2 KABLOSU, MR UYUMLU VİTAL MONİTÖR İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MR UYUMLU SPO2 KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Fiber Kablo, SCHİLLER marka MAGLİFE LİGHT model hastabaşı monitörüne uyumlu olmalıdır.
- 2- Fiber Kablo, monitör bağlantı kısmı tak çıkar özellikli sokete sahip olmalıdır.
- 3-Fiber Kablo, kırılmalara karşı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 4- Fiber Kablo, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5- Fiber Kablo, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 6- Fiber Kablo, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


BURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ


NURETTİN DİNÇER
BURSA ULUSLARARASI MEDİKAL TEKNİK
BİYOMEDİKAL SORUŞTURUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU




Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :MR UYUMLU VİTAL MONİTÖR		
RADYOLOJİ MR	Marka :SCHİLLER		
	Model :MAGLİFE LİGHT		
	Seri No:103997000511		
	Demirbaş No:-		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 16/10/2025	Var []	Yok [X]	Var []
			Yok [X]

Arıza Özeti :

Yapılan kontrollerde cihazın fiber optik spo2 kablosu arızalıdır. Fiber optik kablounun tamiri mümkün olmadığı için yenisiyle değişimi uygundur.

Gerekli Yedek Parçalar:

1 Adet Fiber Spo2 Kablo

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖÇER BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. EVRİM DEŞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :

--	--