

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

31/10/2025

İlan No : 2025-10-4123
İstem No : 83439
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : DİAGNOSTİK RADYOLOJİ GURUBU TIBBİ CİHAZLARIN KALİTE KONTROL HİZMET ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİAGNOSTİK RADYOLOJİ GRUBU TIBBİ CİHAZLARIN KALİTE KONTROL HİZMET ALIMI	1	Adet					

MEÜ Hastanesi için DİAGNOSTİK RADYOLOJİ GURUBU TIBBİ CİHAZLARIN KALİTE KONTROL HİZMET ALIMI satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 05/11/2025 tarih ve saat 17:00'A kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Proforma faturanın Satın Alma bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Diagnostik Radyoloji Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Kontrol Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

KAPSAM	1.1. Bu teknik şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi sağlık tesisinde belirlenen Diagnostik Radyoloji ve Nükleer Tıp grubu cihazların, 23/12/2021 tarihli ve 31698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda hazırlanmış TCS-KLVZ-06 nolu kılavuzda belirtilen kalite kontrol (muayene) ölçümlerinin yönetmeliğe uygun olarak yapılması ve raporlanması hizmet alımı işini kapsamaktadır. 1.2. Kalite kontrol ölçümlerinin yönetmeliğe uygun olarak yapılması ve raporlanması hizmet alımı işini kapsamaktadır.
TANIMLAR	2.1. Kurum/ İdare: Mersin Üniversitesi Hastanesi Bağlı Hastanelerin Kurum/İdaresidir. 2.2. Kontrol Teşkilatı: Mersin Üniversitesi Hastanesi tarafından, işlemlerin denetimi için cihazın bulunduğu kurum içinden ve/veya dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi veya kişilerdir. 2.3. Yüklenici: Anılan hizmetleri verecek olan kuruluştur. 2.4. Hizmet Yürütücüsü: Alanında Uzman Sağlık Fizikçisi / Medikal Fizikçi.
TEKLİF DOSYASINDA İSTENİLEN BELGELER	3.1. Yüklenici firma, ölçüm sırasında kullanacağı kalibrasyona tabii cihazlar var ise, cihazlara ait kalibrasyon sertifikalarını (uluslararası izlenebilirliğini veya ilgili yönetmeliklere uygunluğunu) sunacaktır. 3.2. Ekli listelerdeki firma bünyesinde çalışacak personelin veya teknik yöneticinin “Sağlık Fiziği” yüksek lisansına sahip olduğunu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, hizmete konu cihazların kalite kontrol testlerini gerçekleştirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi sunacaktır. 3.3. Hizmeti verecek kuruluşun TS EN ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşu Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre A Tipi Muayene Kuruluşu için akreditasyon belgesini sunmalıdır.
GENEL HUSUSLAR	4.1. “CİHAZLAR” başlığı altında donanım ve özellikleri tarif edilen cihazların kalite kontrol testleri ve kalite uygunluk testleri, 23/12/2021 tarihli ve 31698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen gereklilik ve standartlara uygun olarak yapılacak ve raporlanacaktır. Testler ilgili yönetmelik doğrultusunda TCS-KLVZ-06 nolu DIAGNOSTİK RADYOLOJİ, NÜKLEER TIP VE RADYOTERAPİ GRUBU TIBBİ CİHAZLARIN KALİTE UYGUNLUK VE KALİTE KONTROL TESTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ’a veya varsa kılavuzun en güncel sürümüne uygun olarak bu şartnamede belirtilen periyotta gerçekleştirilecektir. 4.2. 23/12/2021 tarihli ve 31698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda hazırlanmış TCS-KLVZ-06 nolu kılavuzda belirtilen Ekli listelerdeki testleri yapacak personelin veya teknik

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalite Kontrol

NURETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DIYONEDİTAL KURULUŞU

yöneticinin "Sağlık Fiziki" yüksek lisansına sahip olduğunu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, hizmete konu cihazların kalite kontrol testlerini gerçekleştirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ihale esnasında sunulacaktır.

4.3. Çalışma planı, Kurumun hasta çalışmalarını en az seviyede etkileyecek şekilde karşılıklı olarak oluşturulacaktır. Bu plan içerisinde faaliyetler ve zamanlama belirlenecektir.

4.4. Yüklenici, Kurum/idare yönetiminin satın alma sonrası bildirdiği tarihte idarede hazır bulunacaktır. Kurum/İdaredeki anılan hizmetlere ilişkin çalışmalarını Kalite Yönetim sürecine uygun olarak ön görülen sürede tamamlayacaktır.

4.5. Ulusal / Uluslararası standartlar gereği, yüklenici yükümlü olduğu ölçümleri yapar ve gerekirse bazı ölçümleri tekrarlayabilir.

4.6. Hizmet verilecek cihazların marka, model ve seri numaraları hizmet başlangıcında firmaya iletilir.

4.7. Klinikte mevcut olan ölçüm cihazları, fantom veya diğer ekipmanlara ek olarak firma gerekli ise testlerde kendi ekipmanını kullanacaktır.

4.8. Yüklenici tarafından görevlendirilecek tüm personel, çalışmayı tamamen tarafsız olarak yapacağını, hiçbir kişi ve Kurumun etkisinde kalmayacağını, sonuçlarını yüklenici dışında kimseye vermeyeceğini, kimsenin aleyhine veya lehine kullanmayacağını, gerçek test durumlarını yansıtmayan raporlar düzenlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9. Kalite uygunluk ve kalite kontrol testlerinin yapılacağı tarihte arızalı halde bulunan veya hurdaya ayrılmış olan cihaz varsa bunlar ile ilgili faturalandırma yapılmayacaktır. Faturalandırma için esas olan test ve kontrolleri yapılan cihaz sayısıdır.

4.10. Kalite kontrol testleri yıllık periyotta gerçekleştirilecektir.

5. Hizmet verilecek cihazlar aşağıda belirtilmektedir.

CİHAZLAR

Cihaz Türü

Dijital Radyografi (röntgen)
Dijital Mobil Radyografi
Bilgisayarlı Tomografi
Dijital Mamografi
Dijital Anjiyografi
C Kollu Skopi
Kemik Yoğunluk Ölçüm Cihazı

Adet

3
4
3
1
3
7
2
1
1

NURETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
RÖENTJENİSTİ

Doç. Dr. Evren DİŞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Koordinatör