

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/11/2025

İlan No : 2025-11-4299
İstem No : 83458
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : BARKOD OKUYUCU ALIMI

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	BARKOD OKUYUCU	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BARKOD OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tüm 1 boyutlu ve 2 boyutlu DPM kodları okuyabilmelidir. El okuyucusu şeklinde olmalıdır.
- 2) Datamatrix kodlarda en az 3 mm'den itibaren okuma kapasitesine sahip olması gerekir.
- 3) Okuyucunun sensörü en az "1280 x 960 yüksek çözünürlüklü CMOS" olarak tasarlanmış olması gerekir.
- 4) Doğru okuma için görsel, ses ve titreşim ile uyarı sağlanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 5) DPM okumada iyi sonuçlar vermesi için en az 2 farklı tip programlanabilir aydınlatma seçeneğine sahip olması gerekir.
- 6) Ekstra güç kaynağı gerektirmeden USB üzerinden sadece 5 VDC ile çalışabilmelidir.
- 7) Kablo hariç okuyucunun ağırlığı 150 gr. dan fazla olmaması gerekir.
- 8) Minimum IP54 standartında suya ve toza karşı korumalı ve minimum 1.8 metre yükseklikten beton zemine düşmeye dayanıklı olmalıdır.
- 9) Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Koordinator


Ayşer MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire
