

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/11/2025

İlan No : 2025-11-4244
İstem No : 83468
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	MARUZİYET BANDI, BUHAR STERİLİZASYONU	1000	Adet					
2	MARUZİYET BANDI, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

MARUZİYET BANDI, BUHAR STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maruziyet bandı set, bohça kapatmak ve işlem görmüş olan paketlerin işlem görmemiş paketlerden ayırt etmek için kullanılabilmelidir.
3. Maruziyet bandının üzerinde sınıf 1 (bir) indikatör olmalıdır.
4. Kimyasal İndikatör Buhar sterilizasyonuna maruz kaldığında, rengi mevcut renginden farklı bir renge dönmelidir. İndikatörün renk değişikliği homojen ve net olmalıdır
5. Buhar sterilizasyonunda 134-121°C'de ön vakumlu otoklavda kullanılabilmelidir.
7. SMMS, Kumaş, plastik, kağıt, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilmeli ve üzerine yazı yazılabilmelidir.
8. Ürün, bohça sırt yapısı ile esnek ve kopma direnci yüksek olmalı, sterilizatör içindeki basınç değişikliği sırasında oluşan genleşmeye toleranslı olmalı, yırtılmamalıdır.
9. Maruziyet bandı sterilizasyon işlemi sonrasında yapıştırıldığı yerden kalkmamalıdır.
10. Kullanımdan sonra yapıştırıldığı yerden herhangi bir iz ve atık bırakmadan çıkarılabilmelidir.
11. Maruziyet bandı rulo şeklinde, genişliği 18-25 mm, uzunluğu en az 50 mt olmalı ve bu özellik üretici/ tedarikçi firma tarafından resmi yazı, ürün etiketi veya katalog ile belgelendirilmelidir.
12. Bant halkasının içinde son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
13. Ürünün toksik olmadığını gösteren üretici beyanı veya malzeme güvenlik bilgi formu teklif dosyasında sunulmalıdır.
14. Bant dispenserı ile kopartılabilmelidir.



Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastane:
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu



**MARUZİYET BANDI, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Maruziyet bandı H₂O₂ sterilizasyonuna maruz kalacak olan paketlerin kapatılmasında ve işlem görmüş olan paketlerin işlem görmemiş paketlerden ayırt edilmesi için kullanılabilmelidir.
3. Maruziyet bandının üzerinde sınıf 1 (bir) indikatör olmalıdır.
3. Kimyasal İndikatör Hidrojen Peroksit sterilizasyonuna maruz kaldığında rengi mevcut renginden farklı bir renge dönmelidir. İndikatörün renk değişikliği homojen ve net olmalıdır.
4. Maruziyet bandı sterilizasyon işlemi sonrasında yapıştırıldığı yerden kalkmamalıdır.
10. Kullanımdan sonra yapıştırıldığı yerden herhangi bir iz ve atık bırakmadan çıkarılabilmelidir.
6. Yapışkan tarafında koruyucu bant olmamalıdır, bant dispenseri ile kopartılabilmelidir.
7. Kullanımdan sonra yapıştırıldığı yerden herhangi bir iz ve atık bırakmadan kolayca çıkarılabilmelidir.
8. Ürünün toksik olmadığını gösteren üretici beyanı veya malzeme güvenlik bilgi formu teklif dosyasında sunulmalıdır.

Ayşe MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Birimi