

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/11/2025

BA

İlan No : 2025-11-4228
İstem No : 83503
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : BAKIM VE ONARIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, DEMİRBAŞ NO:253.3.6/17/3419, FLASH OTOKLAV, TUTTNAUER, SERİ NO:16021363	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PORTABLE OTOKLAV BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Onarımı yapacak ilgili firma TUTTNAUER marka ELARA11-W-D model otoklav cihazına uyumlu parça kullanmalıdır.
2. Onarımı yapacak olan ilgili firma yapılan servis için en az 6 ay garanti vermelidir.
3. Onarımı yapacak olan ilgili firma yerinde tespit yapmalıdır.

BURAK GÖCER
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ

Marmara Üniversitesi Hastanesi
Mustafa DİNCER
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU





Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : OTOKLAV (PORTABLE) ✓		
GÖZ AMELİYATHANE	Marka : TUTTNAUER ✓		
	Model : ELARA11-W-D ✓		
	Seri No: 16021363 ✓		
	Demirbaş No: 253.3.6/17/3419 ✓		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 03.11.2025 ✓	Var []	Yok [x] ✓	Var []
			Yok [x] ✓

Arıza Özeti :

Cihaz sterilizasyon işleminde döngü hatası vermektedir. İlgili firması tarafından bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖCER BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 H. DİNCER	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :