

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/11/2025

İlan No : 2025-11-4303
İstem No : 83539
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : BAKIM VE ONARIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/18/8, EKG CİHAZI, NIHON KOHDEN, SERİ NO:152265	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,

4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,

5- Teknik Servis yeterlilik belgesi

6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil**

Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin

verilmesi,

7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.

8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

EKG CİHAZI BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Onarım yapılacak olan ilgili firma NİHON KOHDEN marka ECG2350 model ekg cihazına uyumlu yedek parça kullanmalıdır.
2. Onarım yapılacak olan ilgili firma aynı arıza için en az 1 yıl garanti vermelidir.
3. Onarımı yapacak olan ilgili firma cihazın gerekli servis eğitimini almış olmalıdır.

BURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU





Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : EKG CİHAZI		
ÖZEL SERVİS 2	Marka : NİHON KOHDEN		
	Model : ECG 2350		
	Seri No: 152265		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 05.11.2025	Var []	Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihaz ölçüm almamaktadır ve ekran arızalıdır. Tarafımızca onarımı yapılmadığı ilgili servis tarafından bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖCER BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Dr. Dr. Evren DEĞİRMENCI Korunucu

Açıklama :