

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/11/2025

İlan No : 2025-11-4351
İstem No : 83558
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/11/2025 09:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI, PEDİATRİK, S, AIRVO CİHAZ UYUMLU	5	Adet					
2	MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI, PEDİATRİK, L, AIRVO CİHAZ UYUMLU	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

**MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI, PEDIATRİK, LARGE
(3,5-18KG)**

AIRVO CİHAZ UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin envanterinde bulunan Fisher & Paykel marka Airvo2 cihazının orijinal ürünü olmalıdır.
2. Kanüller solunum desteğine ihtiyaç duyan, spontan solunumu olan hastalara ısıtılmış ve nemlendirilmiş nazal yüksek akış tedavisi sunmak üzere veya ventilatör cihazı ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
3. Nazal kanül 3,5-18 kg arasındaki bebeklerde kullanılabilir.
4. Nazal kanül 0.5- 23L/Dk. Akış aralığında çalışabilir.
1. Nazal Yüksek Akış cihazında, Nazal Yüksek akış sisteminde ve ventilatörün nazal yüksek akış (oksijen terapi) modunda kullanılabilir.
2. Teklif edilecek Nazal Yüksek akış kanülünün, ventilatörde ve blenderli sistemde kullanılabilmesi için ayrı ayrı kitleri bulunmalıdır, istenildiğinde satın alınarak uygulama yapılabilir.
3. Hastalara oksijen desteği sağlandığı için kanüller tek kullanımlık olmalı ve kesinlikle sterilizasyon işlemine açık olmamalıdır. Bu sayede enfeksiyonlu maddelerin bulaşmasının, tedavinin kesilmesinin ve hastada oluşabilecek ciddi hasarların önüne geçilebilir.
4. Kanül ağırlıkları çok hafif olmalıdır bu sayede bebekte basınca bağlı ağrıya neden olmamalıdır.
5. Kanüllerin kink olup tıkanma oluşturmaması için spiral telli yapıya sahip olmalıdır. Spiral telin yapısı ABS formunda paslanmaz çelik yapıda olacak ve firma kataloğunda gösterilebilecektir.
6. Kanülün spiral telli yapıya sahip olması iki taraftanda kesintisiz akış sağlamak ve tedavinin aksamaması için öneme sahiptir.
7. Kanül hastaya bağlantı için hidrocolloid band sistemi içermeli sabitleme sadece yanak kısımlarında olmalı kanülün alt kısmı cırcırt sistemli olmalıdır, bu sayede septumda oluşabilecek sıkıntılar ortadan kaldırılabilmektedir.
8. Kanülün düşük ve yüksek akış aralıklarında kullanıma uygun olması gerekmektedir.
9. Kanül seçici geçirgen malzemeye sahip olmalı bu sayede içerisinde su birikmesini önleyebilir.
10. Kanülün uc kısımları 360° döner olmalıdır. Bu sayede kanülün dolanması önlenmelidir.
11. Kanül lateks, PVC, DEHP malzemeler içermemelidir. Orijinal katalogta bu husus yer almalıdır.
12. Teklif edilecek kanül tek bir paket içerisinde ve paketinin üzerinde standart olarak marka, model, ubb, lot, CE ve menşenin yazmasının haricinde ayrıca karekod barkodu bulunmalıdır. Barkodlu çalışan servisler kodu sisteminde tanımlayıp kullanılan hastaya kullanıldığında stoğundan düşebilir.
13. Alınacak kanül klinikteki HFNC cihazıyla ve devresiyle uyumlu olmalı bu belgelendirilebilir.
14. Ürün paketinin üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri orijinal etiketle yer almalıdır.
15. Kanülün ÜTS kaydı ve SGK Sut ödemeleri mevcut olmalıdır.
16. Numuneler ilgili bölüm tarafından denetlenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Gocuk Adı Servis
Sorumlu Hemşire
Fadime Koca
[Signature]

NURETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

**MASKE , NAZAL BAĞLAMA SETLİ , NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI , PEDİATRİK ,
SMALL (1-3,5KG) AIRVO CİHAZINA UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Nazal kanül 1-3,5 kg arasındaki yeni doğan bebeklerde kullanılabilir
2. Kanül nazal yüksek akış sistemleri için özel üretilmiş olmalıdır
3. Nazal yüksek akış cihazında, nazal yüksek akış sisteminde ve ventilatörün nazal yüksek akış (oksijen terapi) modunda kullanılabilmelidir
4. Teklif edecek nazal yüksek akış kanülün, ventilatör de ve blenderli sisteminde kullanılabilmesi için ayrı ayrı kitleri bulunmalıdır, istenildiğinde satın alınarak uygulama yapılabilir
5. Küçük boy kanül ağırlıkları 15 gramı geçmemelidir.
6. Kanal ağırlıkları çok hafif olmalıdır bu sayede bebekte basınca bağlı ağrıya neden olmamalıdır
7. Nazal kanülün septum kısmı tedavi esnasında veya hastanın pozisyon değişikliklerinde burundan çıkma durumu en aza indirgeyen özellikler ve yanağa yapıştırılan bant kısımları hareket ettirildiğinde dahi septum kısmı buna bağlı olarak şeklini koruyacak özellikle güçlendirilmiş olmalıdır . Sistemden gelen akışı en doğru şekilde hastaya iletmelidir.
8. Kanüllerin kink olup tıkanma oluşturmaması için spiral telli yapıya sahip olmalıdır spiral tel'in yapısı abs formunda paslanmaz çelik yapıda olacak ve firma kataloğunda gösterebilecektir.
9. Kanülün spiral telli yapıya sahip olması iki tarafın da kesintisiz akış sağlamak ve tedavinin aksamaması için öneme sahiptir.
10. Kanül hastaya bağlantı için hidrocolloid bant sistemi içermeli sabitleme sadece yanak kısımlarında olmalı kanülün Alt kısmı cırt cırt sisteminde olmalıdır. Bu sayede septumda oluşabilecek sıkıntılar ortadan kaldırılabilir.
11. Kanülün düşük ve yüksek akış aralıklarında kullanıma uygun olması gerekmektedir.
12. Kanül 8 Litre/Dakikaya kadar akış aralığında kullanılabilir olmalıdır. Teklif edilecek kanül gerektiğinde Nazal Yüksek Akış Setine doğrudan bağlanabilmeli ve tam uyumlu çalışabilmelidir. Araya takılabilecek orijinal olmayan konnektör akışı etkileyebileceği için kesinlikle kabul edilmeyecektir.
13. Kanül seçici geçirgen malzemeye sahip olmalı ve bu sayede içerisinde su birikmesini önleyebilmelidir.
14. Kanülün uc kısımları 360 o döner olmalıdır. Bu sayede kanülün dolanmasını etkileyebilir.
15. Kanül lateks,PVC,DEHP,malzemeler içermemelidir.Orjinal katologda bu husus yer almalıdır.
16. Teklif edilecek kanül tek bir paket içerisinde ve paketinin üzerinde standart olarak marka ,model,ubb,lot,CE ve menşeinin yazmasının haricinde ayrıca karekod barkod bulunmalıdır.Barkodlu çalışan servisler kodu sisteminde tanımlayıp kullanılan hastaya kullanıldığında stoğundan düşebilmelidir.
17. Alınacak kanül klinikte HFNC cihazıyla ve devresiyle uyumlu olmalı bu belgelendirilmelidir.
18. Ürün paketinin üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri orijinal etikette yer almalıdır.
19. Kanülün ÜTS kaydı ve SGK Sut ödemeleri mevcut olmalıdır.
20. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

*Çocuk Adı Sıvı
Sorumlu Hemşiresi
Fadime KOCA*

NURETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTAHANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU