

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/11/2025

YANPAR

İlan No : 2025-11-4362
İstem No : 83598
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/11/2025 09:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKRAN PANELİ, TURNİKE CİHAZI İÇİN, ANETİCAİD MARKA, AT4 MODEL, SERİ NO:8044141, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/20/4209	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TURNİKE EKRANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ekran ANETİCAİD marka AT 4 model otomatik turnike cihazının orijinal ekranı olmalıdır.
- 2-Ekran değerleri dijital göstergeli olmalıdır.
- 3-Ekran orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Ekran en az 6(altı) üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Ekran cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
İnşaat ve Elektrik Tekniker


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Klinik ve Laboratuvar Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : OTOMATİK TURNİKE		
AMELİYATHANE ORTOPEDİ	Marka : ANETİCAİD		
	Model : AT4		
	Seri No: 804-4141		
	Demirbaş No: 253.3.5/20/4209		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 10/11/2025	Var []	Yok [X]	Var []
			Yok [X]

Arıza Özeti :

Yapılan kontrolünde cihazın ekranının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından ekranın yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

ANETİCAİD TURNİKE EKRANI – S44044

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :

--	--