

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/11/2025

İlan No : 2025-11-4345
İstem No : 83604
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

20

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ETİKET, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU	35000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


NOT: İlanlarımız <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ETİKET, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiket Hidrojen Peroksit sterilizasyonunda kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Etiket 35mm-40mm x 60 mm veya 40 mm x 70 mm ebadında olmalı ve en az beş satır yazı etikete yazılabilmelidir.
3. Etiket sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan INTERMEC marka termal yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sorunsuz çalışabilmelidir.
4. Etiketler, sterilizasyon işlemine maruz kalıp kalmadığını gösterecek şekilde ISO 11140-1 standardına uygun Class 1 (Proses) kimyasal indikatör içermelidir. İndikatör referans renge belirgin ve net dönüşüm sağlamalıdır.
5. Ürünün toksisite yönünden güvenli olduğu, teknik dosya veya üretici tarafından sağlanan geçerli dokümantasyonla (ör. test raporu, ürün kataloğu, güvenlik veri sayfası, üretici beyanı) kanıtlanmalıdır.
6. Etiket yapışkan yüzeyi, ünite de kullanılan tüm paketleme malzemelerine uygun yapışma özelliğinde olmalı; sterilizasyon işlemi sonrasında da yapışıklığını korumalı, kıvrılmamalı ve kolaylıkla çıkmamalıdır.
7. Etiketlerin kenarları radius kesim olmalıdır.
8. Etiketler perforaj ile birbirine bağlı olmalıdır.
9. Teslim edilecek etiket ile beraber aynı metraj uzunlukta wax resin ribon bedelsiz olarak teslim edilmelidir.
10. Sterilizasyon etiketleri, orijinal ambalajında, temiz, yıpranmamış ve hasarsız olarak teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmiş olmalıdır. Açılmış, kirli, tozlu veya ambalajı hasar görmüş ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.


Prof. Dr. Züliden ERSÖZ
MERİT Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayşe MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire