

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/11/2025

İlan No : 2025-11-4358  
İstem No : 83615  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/11/2025 09:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                                                         | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | TÜM YÜZ MASKE SETİ, ORA NAZAL, NONİNVAZİV, SİLİKON ESASLI, MEKANİK VENTİLATÖR İÇİN, MEDİUM | 20     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM

**EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

**TÜM YÜZ MASKE SETİ, ORA NAZAL, NONİNVAZİF, SİLİKON ESASLI MEKANİK VENTİLATOR İÇİN (MEDIUM) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Maske seti; 1 adet bakteri filtresi, 1 adet ara bağlantı hortumu, 1 adet ora nazal cpap maskesi ve kafa bandı içermelidir. Maske oranasal uygulama için dizayn edilmiş olmalıdır ve hastanın ağız burun kısmını içerisine almalıdır.
2. Sette yer alan maskelerde, ventilatör cihazlarının kaçak kompanizasyonu hesabı yapabilmesi için skala değerleri yer almalıdır.
3. Sette kullanılan materyaller lateks içermemelidir.
4. Maskenin alın destek kısmı 3 kademede ayarlanabilir olmalıdır.
5. Maskenin iç kısmı silikon yapıda olmalı ve hastada travma yaratmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Maske dirseği üzerinde, ekshalasyon valfi dışında elektrik kesintilerinde hastanın nefes alıp vermesini sağlayan güvenlik portu olmalıdır.
7. Maske devresi %15-%95 nem yoğunluğu aralığında yoğunlaşma yapmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
8. Maske üzerinde kolayca takılıp çıkartılabilecek klipsli noktalara sahip olmalıdır.
9. Hasta devresinde CO2 atılımını sağlayacak özel ekshalasyon portu bulunmalıdır.
10. Hasta devresine tutturulmuş basınç hattı bulunmalıdır.
11. Set içerisinde maskeye ait koruma kapağı olmalıdır.
12. Maske dirsekleri değişebilir özellikte olmalıdır. Bronkoskopi yapılmasına olanak tanıyan özel portu istendiğinde maskeye takılabilmelidir.
13. Oksijen giriş portu maske dirseği üzerinde olmalıdır.
14. Ara bağlantı hortumu ve ekshalasyon portunun girişleri standart olup, her türlü maske ve ventilatör cihazına uygun olmalıdır.
15. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Fadime KOÇ  
Göğüs Hastalıkları Servisi  
Sorumlu Hemşiresi

12.11.25



Prof. Dr. Cengiz ÖZGE  
Göğüs Hastalıkları  
Dip. Tes. No.: 49364/38829