

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/11/2025

İlan No : 2025-11-4439
İstem No : 83625
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Ürodinami
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/12/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNFÜZYON POMPA TÜPÜ, ÜRODİNAMİ	10	Adet					
2	ÜRODİNAMİ CİHAZI İÇİN SULU SİSTEM TRANSDUCER	10	Adet					
3	KATETER, ÜRODİNAMİK, SİSTOMETRİ, SULU, REKTAL, 12.0 FR	50	Adet					
4	KATETER, ÜRODİNAMİK, SİSTOMETRİ, SULU, 8.0 FR	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

ÜRODİNAMİ KATETERİ POMPA İNFÜZYON HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Teklif edilen pompa seti PVC ve silikon hortumdan imal edilmiş şeffaf yapıda olmalıdır.
- 2-Teklif edilen pompa setinin seruma giren ucunda serum spike adaptörü olmalıdır. Serum spike adaptör kapağı ile serum spike adaptör ucu kapatılmış olmalıdır.
- 3- Serum spike adaptör – Pompa arasındaki uzunluk 120 ± 5 cm olmalıdır.
- 4- Pompaya yerleştirilen bölüm silikondan yapılmış olmalıdır. Uzunluğu 25 cm olmalıdır.
- 5- Silikon hortumdan, kateterin dolum portuna bağlanan PVC hortum, 200 ± 5 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 6- Pompa infüzyon hattının toplam uzunluğu 345 ± 10 cm olmalıdır.
- 7- Katetere bağlanan uçta erkek(male) konnektör olmalıdır. Konnektör stopper ile kapatılmalıdır.
- 8- Ürün, üzerinde Türkçe kullanma talimatı olan steril paketlerde olmalıdır.
- 9- Teklif edilen ürün ETO ile steril edilmiş olmalıdır.
- 10-Teklif edilen ürünler CE onaylı olmalıdır.
- 11-Kateter diğer ürodinami sarf malzemeleri ile uyumlu olarak kullanılabilmelidir.
- 12-02.12.2008 tarihli ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli Ürün Kullanılması” konulu 2008/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 15.12.2017 tarihli ve 99711993-010.06 sayılı “Tıbbi cihaz alımlarında Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesi Hk.” konulu genelge ve 4734 sayılı Kanunun 63’üncü maddesi uyarınca, yerli malı belgesine sahip cihazlar için, bu belge ibraz edilmelidir.


Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip. No.: 6085-37059


Dr. Hasan Erdal DÖRÜCÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Tic. Sic. No.: 40252-55177 Dip. No.: 12...

ÜRODİNAMİK BASINÇ TRANSDÜSER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Basınç transduseri ürodinami testinde kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Basınç transduseri entegre edilmiş basınç sabitleyici (Flash Device) olmalıdır.
- 3- Basınç sabitleyici 3 cc/dk olmalıdır.
- 4- Basınç transduserinin konnektörü RJ 11 standardında olmalıdır.
- 5- Ürodinamik basınç transdüser kateter giriş portu dişi özellikte olmalıdır.
- 6- Klinikte kullanılmakta olan cihaza uygun olmalıdır.
- 7- Bu ürün diğer ürodinami sarf malzemeleri ile uyumlu olarak kullanılabilmelidir.

Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Tic. Sic. No.: 27050

Doç. Dr. Hasan Erdal DOĞRU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Tic. Sic. No.: 40252-55177 Dip. No.: 1

ÜRODİNAMİ REKTAL KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 12 Fr kalınlıkta, yetişkin ve pediatrik kullanıma uygun olmalıdır.
 2. Kateter 2 lümenli olmalıdır.
 3. Kateter üzerinde 1mm aralıklarla derecelendirme yapılmış olmalıdır. Her 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm ve 30cm'ye kadar yazılı olarak, kateter uzunluğu belirtilmelidir.
 4. Kateter PU veya PVC materyalden imal edilmiş olmalıdır.
 5. Basınç ölçümü sırasında detrusor basıncının negatife geçmesini önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
 6. Kateter sistemi ile hasta arasındaki bağlantıda ek yapmayı gerektirmeyecek şekilde 190-200 cm uzunluğunda olmalıdır.
 7. Kateter uçları sıvı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır.
 8. Kateter diğer ürodinami sarf malzemeleri ile uyumlu olarak kullanılabilmelidir.
 9. Kateter hastaya yerleştirilebilecek ve hastayı travmatize etmeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.
 10. Teklif edilen ürün ETO ile steril edilmiş olmalıdır.
 11. Kateter klinikte kullanılan mevcut cihaz ile uyumlu çalışmalı ve uygunluk alınmalıdır.
- 12.02.12.2008 tarihli ve 27072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yerli Ürün Kullanılması" konulu 2008/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 15.12.2017 tarihli ve 99711993-010.06 sayılı "Tıbbi cihaz alımlarında Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesi Hk." konulu genelge ve 4734 sayılı Kanunun 63'üncü maddesi uyarınca, yerli malı belgesine sahip cihazlar için, bu belge ibraz edilmelidir.

Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.B.D.

Prof. Dr. Hasan Erdal DÖRMEK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.B.D.
Tic. Tescil No: 40252/55177 Dip. No: 1284

ÜRODİNAMİ SİSTOMETRİ KATATERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter 8 Fr kalınlıkta, 2 lümenli olmalıdır.
 2. Kateter üzerinde 1mm aralıklarla derecelendirme yapılmış olmalıdır. Her 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm ve 30cm'ye kadar yazılı olarak, kateter uzunluğu belirtilmelidir.
 3. Kateter PU veya PVC materyalden imal edilmiş olmalıdır.
 4. Kateterin hastaya pozisyonunu sabitlemek için bağlantı halkalarına gerek kalmadan flaster ile tutturulacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
 5. Kateter sistemi ile hasta arasındaki bağlantıda ek yapmayı gerektirmeyecek şekilde 190-200 cm uzunluğunda olmalıdır.
 6. Kateter uçları sıvı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır.
 7. Kataterin doldurma lümeni % 50-70 kalınlıkta olmalıdır.
 8. Kataterin basınç ölçüm lümeni % 30-50 kalınlıkta olmalıdır
 9. Kateter diğer ürodinami sarf malzemeleri ile uyumlu olarak kullanılabilmelidir.
 10. Kateter hastaya yerleştirilebilecek ve hastayı travmatize etmeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.
 11. Teklif edilen ürün ETO ile steril edilmiş olmalıdır.
 12. Kateter klinikte kullanılan mevcut cihaz ile uyumlu çalışmalı ve uygunluk alınmalıdır.
- 13.02.12.2008 tarihli ve 27072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yerli Ürün Kullanılması" konulu 2008/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 15.12.2017 tarihli ve 99711993-010.06 sayılı "Tıbbi cihaz alımlarında Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesi Hk." konulu genelge ve 4734 sayılı Kanunun 63'üncü maddesi uyarınca, yerli malı belgesine sahip cihazlar için, bu belge ibraz edilmelidir.


Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.B.D.
Dış. Tel: 0312-6085-37050


Prof. Dr. Hasan Erdal DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.B.D.
Uz. Teş. No: 40783-56177 Dip. No.: 1284