

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/11/2025

İlan No : 2025-11-4348
İstem No : 83668
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : AŞI DOLABI DERECESİ ALIMI

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/11/2025 09:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AŞI DOLABI DERECESİ	6	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HAFIZALI BUZDOLABI TERMOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Hafızalı buzdolabı termometresi Dünya Sağlık Örgütü onaylı olmalıdır. Cihaz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Performance Quality Safety (PQS) kataloğunda yer almalıdır.
2. Hafızalı buzdolabı termometresi Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GBP GENELGESİ'nde istenen Güvenilir termometre özelliklerine uygun olmalıdır.
3. Cihaz dahili sensöre sahip olmalıdır.
4. 30 günlük veri cihaz ekranından, 120 günlük veri ise cihaz programı üzerinden geriye dönük olarak takip edilebilmelidir.
5. Hafızalı buzdolabı termometresi görsel alarm özelliğine sahip olmalıdır.
6. Cihaz hem buzdolabı içinde hem de buz dolabı dışında kullanılabilmelidir.
7. Cihaz pil ömrü 3,5 yıl olmalıdır.
8. Veri kaydedici cihaz 128x60x22 mm ölçülerinde ve 120 gr ağırlığında olmalıdır.
9. Veri kayıt cihazı 1 dakika aralıklarla ölçüm almalı, 5 dakika aralıklar kayıt yapabilmelidir.
10. Sıcaklık ölçüm aralığı -30 °C ila + 60 °C arasında olmalıdır.
11. Cihaz doğruluğu -30 °C ila + 30 °C aralığı için $\pm 0,5$ °C
Diğer sıcaklıklar için $\pm 0,7$ °C olmalıdır.
12. Veri kayıt cihazının gecikmeli başlatma seçeneği olmalıdır.
13. Ekranda pil göstergesi olmalıdır.
14. Hafızalı buzdolabı termometresi Windows işletim sistemleri için geliştirilmiş bir programa sahip olmalıdır. Bu program sayesinde detaylı raporlamaya imkan vermelidir. PDF formatından rapor oluşturulabilmelidir.
15. Cihaz ekranı üzerinden Min., Maks. Pil Seviyesi Gösterimi, OK/Alarm, takvim, saat, Yüksek ve düşük sıcaklık alarmı, Alarm işaretleyici, Zil simgesi, RUN göstergeleri takip edilebilmelidir.
16. Cihazın köşelerinde montaj delikleri olmalıdır.
17. 30 günlük süre boyunca cihazın kaç kez alarm ürettiği hiç bir tuşa basılmadan ekran üzerinden takip edilebilmelidir.
18. Cihazın pil tasarruf modu olmalıdır. 5 saniye içinde ekran uyku moduna geçebilmelidir.

İSMAİL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ



NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : AŞI DOLABI İÇİN HAFIZALI TERMOMETRE		
HASTANE GENELİ	Marka : -		
	Model : -		
	Seri No: -		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 17.11.2025	Var []	Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Aşı dolapların hafızalı ölçüm termometrelerin kullanım süreleri dolmaktadır. Bu termometrelerin tamirleri mümkün olmadığı için yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 İSMAİL YILDIRIM BİYOMEDİKAL TEKNİKER	 NÜRETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi

Açıklama :	
------------	--