

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/11/2025

İlan No : 2025-11-4411
İstem No : 83706
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AYP

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/11/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ASKI KOLU, VENTİLATÖR HASTA DEVRESİ İÇİN	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HASTA DEVRESİ ASKI KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen askı kolu, Dräger Savina 300 ventilatör cihazının hasta devrelerini güvenli bir şekilde taşıyacak ve destekleyecek yapıda olmalıdır.
2. Ürün yeni, kullanılmamış, yeniden işlenmiş veya yenilenmiş olmamalıdır.
3. Askı kolu paslanmaz çelik, alüminyum alaşım veya eşdeğer dayanımlı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Ürün, yoğun bakım kullanımına uygun şekilde, düzenli dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır.
5. Hasta devresi, sensör kabloları ve hava hortumlarını rahatça taşıyabilecek şekilde kesintisiz ve sabit tutucu mekanizmaya sahip olmalıdır.
6. Askı kolu sağlam şekilde cihaz üzerine sabitlenebilir yapıda olmalıdır.
7. Askı kolu kullanım sırasında devrenin bükülmesini, gerilmesini veya ventilatöre yük bindirmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8. Tutucu aparatlar, devre çaplarına uygun esnek ve kaymaz yapıda olmalı; devreye zarar vermeyecek şekilde yumuşak kenar yapısına sahip olmalıdır.
9. Askı kolu, hasta devresinin uygun pozisyon almasını sağlayacak şekilde ayarlanabilir açıda olmalıdır.

İSMAİL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ



NURETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU