

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AE

09/12/2025

İlan No : 2025-12-4613
İstem No : 83725
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : SARF MALZEMESİ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/12/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 0.5MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	2	Adet					
2	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 1MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	2	Adet					
3	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 1.5MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	2	Adet					
4	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 2.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	2	Adet					
5	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 2.5MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	2	Adet					
6	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 3.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	2	Adet					
7	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 4.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	2	Adet					
8	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 5.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	2	Adet					
9	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 6.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	2	Adet					
10	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 0.6MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
11	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 0.8MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
12	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 1.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
13	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 1.5MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
14	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 2.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
15	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 2.5MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
16	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 3.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
17	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 4.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
18	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 5.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
19	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 6.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					

UZUNLUK

20	KBB TUR UCU, KESİCİ, ELMAS, PASLANMAZ ÇELİK, 0.5MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
21	KBB TUR UCU, KESİCİ, ELMAS, PASLANMAZ ÇELİK, 0.6MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
22	KBB TUR UCU, KESİCİ, ELMAS, PASLANMAZ ÇELİK, 0.8MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					
23	KBB TUR UCU, KESİCİ, ELMAS, PASLANMAZ ÇELİK, 1.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KESİCİ TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hastanemizde bulunan MR8 Tur motoru Handpiece'ile'ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Yuvarlak, uzun kesici bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır.
- 3- Otolojik cerrahilerde 75.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir.
- 4- Baş çapları 0,5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6 mm, uzunlukları ise 64 ile 79mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir.
- 5- Steril 1 adetlik ambalajlarda olmalıdır.
- 6- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 7- Tur uçlarının arka kısımlarında ataçmanlara düzgün oturup kilitlenmesini sağlayan özel çentikler olmalıdır.

ELMAS TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hastanemizde bulunan MR8 Tur motoru Handpiece'ile'ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Yuvarlak, uzun elmas bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır.
- 3- Otolojik cerrahilerde 75.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir.
- 4- Baş çapları 0,6-0,8-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6 mm, uzunlukları ise 64 ile 78mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir.
- 5- Steril 1 adetlik ambalajlarda olmalıdır.
- 6- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 7- Tur uçlarının arka kısımlarında ataçmanlara düzgün oturup kilitlenmesini sağlayan özel çentikler olmalıdır.

KESİCİ-ELMAS TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ(AÇILI)

- 8- Hastanemizde bulunan MR8 Tur motoru Handpiece'ile'ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- 9- Yuvarlak kesici burların özellikleri: Şaftı naylon sarılı ve sabit olmalı, sadece uç kısmı dönebilmelidir. Böylelikle hassas dokulara zarar vermemelidir. Bu naylon sarmal sıvı emebilmeli ve tur ucunu soğutabilmelidir.
- 10- Yuvarlak, uzun elmas-kesici bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır.
- 11- Otolojik cerrahilerde 75.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir.
- 12- Baş çapları 0.5-1mm, uzunlukları ise 64 ile 78mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir.
- 13- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı yazılı olmalıdır.
- 14- Steril 1 adetlik kutularda olup, barkodu, markası, katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde yazılı olmalıdır.
- 15- Kutu içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
- 16- Bu özel handpiece Stapes tabanını delmede, akustik nöromada, kohlear implantasyonda rahatlıkla kullanılabilmesi ve ince yapısı sayesinde görüş açısını kapatmamalıdır.

Prof. Dr. Cengiz ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 55160-176

Dr. Mustafa YAKISOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
K.B.B. A.B.D.
Dip. No: 3523