

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

09/12/2025

AY

İlan No : 2025-12-4609
İstem No : 83727
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/12/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BIÇAK, ADENOİDEKTOMİ, PEDIATRİK, 4.0MMX11CM	10	Adet					
2	BURR, BURUN, FRONTAL SİNÜSOTOMİ, ELMAS, KONİK, 4MMX13CM	10	Adet					
3	BIÇAK, TRICUT, TRAŞLAYICI, 4MM	10	Adet					
4	BIÇAK, BURUN, TRAŞLAYICI, EĞRİ, 12 RADYAN, 4MM	10	Adet					
5	BIÇAK, BURUN, TRAŞLAYICI, EĞRİ, 40 RADYAN, 4MM	10	Adet					
6	BURR, BURUN, KAFA TABANI CERRAHİSİ, YÜKSEK HIZLI, EĞRİ, 3.2MMX15CM	5	Adet					
7	BIÇAK, SİNÜS, TRAŞLAYICI, EĞRİ, 60 RADYAN, 4MM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

Prof. Dr. YUSUF VAYISO
Rector Universitas Haski
K.B.B. A.B.D.
Dip. Tes. No. 3523

- 3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 4- Çapı 4 mm uzunluğu 11 cm, 12 derece eğimli 3000-5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.

60° EĞİMLİ, SİNÜS BİÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kuvvetli 60 derece eğimli uç ile frontal recess ve maxillary sinüs cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Güçlendirilmiş doku traşlaması, içi dişli, uç dış kısmı atravmatik dişli, makas tipi kesim, kemiksi dokuların traşlanmasında etkili dişler, yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar, dış kısım dokuyu tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 4- Çapı 4 mm uzunluğu 11 cm, 60 derece eğimli 3000-5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.

INFERIOR TÜRBİNAT BİÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Inferior turbinate blade, çevresindeki dokulara öngörülme (önceden tahmin edilemeyen) kolleteral termal zarar vermeden, inferior turbinat'ın volumetrik azaltılması amacına ulaşılmasına yardımcı olmalıdır.
- 2- Uzunluğu 11 cm olmalıdır.
- 3- Kalınlığı 2.9 mm olmalıdır.
- 4- Elevatör ve şaftı düz olmalıdır.
- 5- Uygulama alanı inferior turbinate'ın submukozal rezeksiyonlarıdır.
- 6- Operasyon hızı: 3000 RPM'dir.
- 7- Steril 5'li paketlerde ve irrigasyon tüpleriyle birlikte paketlenmiş olmalıdır.

KAFATASI ÖN TABANI ELMAS UÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Çapı 3.2 mm olmalıdır
- 2- 40 derece eğimli olmalıdır.
- 3- Uzunluğu 15 cm olmalıdır.
- 4- Kafa tabanı cerrahisinde kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Operasyon hızı 12.000 RPM olmalıdır.
- 6- Steril, tek kullanımlık olmalıdır

FREZ KESME 15CM X 4MM 15 DERECE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Çapı 4mm olmalıdır
- 2- 15 derece eğimli olmalıdır.
- 3- Uzunluğu 15 cm olmalıdır.
- 4- Kafa tabanı cerrahisinde kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Operasyon hızı 12.000 RPM olmalıdır.

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hast.
K.B.D. A.B.D.
Dip. No: 3520

Prof. Dr. Yusuf YAYIS
Mersin Üniversitesi Hast.
K.B.D. A.B.D.
Dip. No: 3520

- 6- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.

**KAFATASI ÖN TABANI ELMAS UÇ (5mm)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Çapı 5.0 mm olmalıdır.
- 2- 15 derece eğimli olmalıdır.
- 3- Uzunluğu 15 cm olmalıdır.
- 4- Kafa tabanı cerrahisinde kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Operasyon hızı 12.000 RPM olmalıdır.
- 6- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.

**KAFATASI ÖN TABANI ELMAS UÇ (5mm)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Çapı 5.0 mm olmalıdır.
- 2- 70 derece eğimli olmalıdır.
- 3- Uzunluğu 13 cm olmalıdır.
- 4- Kafa tabanı cerrahisinde kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Operasyon hızı 12.000 RPM olmalıdır.
- 6- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.

**YÜKSEK HIZLI YUVARLAK BUR 3.2MM
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Şaftı düz olmalıdır.
- 2- Uzunluğu 12.5cm olmalıdır.
- 3- Bur'un ucunda aspirasyon açıklığı olmalıdır.
- 4- Sinüs drillenmesi için kullanıma uygun olmalıdır.
- 5- Önerilen operasyon hızı 12.000 RPM'den az olmalıdır.
- 6- Önerilen dönüş yönü: ileri yön olmalıdır.
- 7- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.

**KONİK ELMAS SİNÜS BUR
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Şaftı 70 derece eğimli olmalıdır.
- 2- Elmas bur olmalıdır.
- 1- Çapı 4mm olmalıdır.
- 2- Uzunluğu 13cm olmalıdır.
- 3- Bur'un ucunda aspirasyon açıklığı olmalıdır.
- 4- Frontal sinüsotomi için kullanıma uygun olmalıdır.
- 5- Önerilen operasyon hızı 12.000 RPM'den az olmalıdır.
- 6- Önerilen dönüş yönü: ileri yön olmalıdır.
- 7- Steril tekli paketlerde 3 adetlik kutularda olmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf VAYISOĞI
Mersin Üniversitesi Hastane 2
K.B.D. A.B.D.
Dip. No: 8323

Prof. Dr. Caner ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
K.B.D. A.B.D.
Dip. No: 8323