

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/12/2025

İlan No : 2025-12-4524
İstem No : 83813
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/12/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	X-RAY Tüpü, TOMOGRAFİ CİHAZI İÇİN, CANON, TSX035A MODEL, SERİ NO:7CC1862175, DEMİRBAŞ NO:253.3.5.1	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

X RAY TP TEKNİK ŞARTNAME

1. Teklif edilecek X-Ray tp, Canon Aquilion Lightning 16 TSX-035A/7C model tomografi sistemi ile tam uyumlu olmalı ve hibir ek donanım, yazılım veya adaptre ihtiya duymadan alıřmalıdır.
2. Teklif edilen rn orijinal, yeni, sıfır, kullanılmamıř olmalıdır.
3. Yenilenmiř, ikinci el veya alıřma saati gemiř tpler kabul edilmeyecektir.
4. rn retici veya yetkili temsilci tarafından onaylı olmalı ve seri numarası belgelenmelidir.
5. Gantry iinde mevcut ereve ve baėlantı noktalarına birebir uyumlu olmalıdır.
6. Cihaz zerinde herhangi bir modifikasyon gerektirmemelidir.
7. Tpn montajı, firma tarafından yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır.
8. Kurulum sonrası cihaz performansı test edilerek raporlanmalıdır.
9. Tp, darbeye dayanıklı orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Cihaza ve tpe ait garanti bařlangı tarihi kurulum sonrası olmalıdır.
11. řartnameye uygun olmayan rnler kabul edilmeyecektir.

BURAK GCER
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ

Mersin niversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU




Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : TOMOGRAFİ	
RADYASYON ONKOLOJİSİ	Marka : CANON	
	Model : TSX035A	
	Seri No: 7CC1862175	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 26.11.2025	Var [] Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihaza bakım anlaşması gereği ilgili firması tarafından yapılan kontrollerde çalışma sırasında x ray tüpü hata vermektedir. Yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖCER BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :