

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/12/2025

İlan No : 2025-12-4565
İstem No : 83836
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Başmüdürlük Birimi
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

1KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/12/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PİPET UCU, DNA FREE, STERİL, 10µL	500	Adet					
2	PİPET UCU, DNA FREE, STERİL, 1000µL	500	Adet					
3	TÜP-PP(FALCON)STERİL 50ML/115MM	500	Adet					
4	TÜP-PP(FALCON)STERİL, 15 ML	500	Adet					
5	BESİYERİ, BRAİN HEART, BROTH	1	Adet					
6	BESİYERİ, BRAİN HEART, AGAR	1	Kutu					
7	MİTİS SALİVARIUS AGAR (MSA)	1	Kutu					
8	STREPTOCOCCUS MUTANS DERIVED FROM ATCC 25171	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proform faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması.

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sisteme (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

Brain Heart Infusion Broth Teknik Şartnamesi

1. 500 gr olmalıdır.
2. Besiyerleri klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve antibiyogram amacıyla kullanılacaktır. Aerobik ve anaerobik için için kullanılabilir olmalıdır.
3. Formülü Brain heart infusion from (solids) 6g/L, Peptic digest of Animal Tissue 6g/L, Pancreatic digest of Gelatin 14.5g/L, Dextrose 3g/L, Sodium Chloride 5g/L, Disodium Phosphate 2.5g/L olmalıdır.
4. Daha önce laboratuvarımızda kullandığımız markalar tercih sebebidir.
5. Kargoyla teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6. Teklif edilen ürün sipariş sonrasında 10 gün içerisinde teslim edilmelidir.
7. Teklif edilen üründe bir sorun olması halinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.

Brain Heart Infusion Agar Teknik Şartnamesi

1. 500 gr olmalıdır.
2. Besiyerleri klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve antibiyogram amacıyla kullanılacaktır. Aerobik ve anaerobik için için kullanılabilir olmalıdır.
3. Formülü Brain heart infusion from (solids) 8g/L, Peptic digest of Animal Tissue 5g/L, Pancreatic digest of Casein 16g/L, Dextrose 2g/L, Sodium Chloride 5g/L, Disodium Phosphate 2.5g/L, Agar 13.5g/L olmalıdır.
4. Daha önce laboratuvarımızda kullandığımız markalar tercih sebebidir.
5. Kargoyla teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6. Teklif edilen ürün sipariş sonrasında 10 gün içerisinde teslim edilmelidir.
7. Teklif edilen üründe bir sorun olması halinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.

Mitis Salivarius Agar Teknik Şartnamesi

1. Kit, 500 gr olmalıdır.
2. Formülü Agar, 15.0 g/L, casein enzymatic hydrolysate, 15.0 g/L, crystal violet, 0.0008 g/L, dextrose, 1.0 g/L dipotassium phosphate, 4.0 g/L peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L sucrose, 50.0 g/L trypan blue, 0.075 g/L olmalıdır.
3. PH; 7.0±0.2 (25 °C) olmalıdır.
4. Daha önce laboratuvarımızda kullandığımız markalar tercih sebebidir.
5. Kargoyla teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6. Teklif edilen ürün sipariş sonrasında 10 gün içerisinde teslim edilmelidir.
7. Teklif edilen üründe bir sorun olması halinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.

Doç.Dr. Gül BAYRAM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri
Koordinatörü

Doç.Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dip. Tes. No: 129026

Streptococcus mutans derived from ATCC® 25175™ Teknik Şartnamesi

1. 2 Stick halinde olmalıdır.
2. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
3. Soğuk zincir ile taşınmalıdır. (-20 C° ile +4 C°).
4. 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

10 ul Filtreli Pipet Ucu Teknik Şartnamesi

1. Pipet Ucu filtreli, steril ve rack halinde olmalıdır.
2. Paketinde 96 adet pipet ucu yer almalıdır.
3. Teklif edilen ürün daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.
4. Teklif veren firmalar çalışma süresince aplikasyon desteği vermeyi taahhüt etmelidir.
5. Firmanın aplikasyon ekibi, herhangi bir problem yaşanması durumunda çalışmaya 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.

100 ul Filtreli Pipet Ucu Teknik Şartnamesi

1. Pipet Ucu filtreli, steril ve rack halinde olmalıdır.
2. Paketinde 96 adet pipet ucu yer almalıdır.
3. Teklif edilen ürün daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.
4. Teklif veren firmalar çalışma süresince aplikasyon desteği vermeyi taahhüt etmelidir.
5. Firmanın aplikasyon ekibi, herhangi bir problem yaşanması durumunda çalışmaya 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.

1000 ul Filtreli Pipet Ucu Teknik Şartnamesi

1. Pipet Ucu filtreli, steril ve rack halinde olmalıdır.
2. Paketinde 96 adet pipet ucu yer almalıdır.
3. Teklif edilen ürün daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.
4. Teklif veren firmalar çalışma süresince aplikasyon desteği vermeyi taahhüt etmelidir.
5. Firmanın aplikasyon ekibi, herhangi bir problem yaşanması durumunda çalışmaya 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.

Doç Dr. Gül BAYRAM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri
Koordinatörü

Doç Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dip. Tes. No: 129026

15 ml Steril Santrifüj Tüpü Teknik Şartnamesi

1. Steril, DNase-RNasefree non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.
2. Kullanıma hazır, rack sisteminde-dizili olarak verilmelidir.
3. Kapakları, kilitli vida kapaklı, kesinlikle sızdırma yapmayan ve santrifüje dayanıklı yapıda olmalıdırlar.
4. Konik tabanlı, dışarıdan silinmeyen baskıyla derecelendirilmiş skala sistemine sahip olmalıdırlar.
5. Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır. Çalışmayan ürün, yüklenici firma tarafından, en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.
7. Paket içerisinde 500 adet olmalıdır.
8. Proje ekibi, teklif değerlendirme aşamasında, ihtiyaç duyduğu takdirde, numune isteyecektir.

50 ml Steril Santrifüj Tüpü Teknik Şartnamesi

1. Steril, DNase-RNasefree non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.
2. Kullanıma hazır, rack sisteminde-dizili olarak verilmelidir.
3. Kapakları, kilitli vida kapaklı, kesinlikle sızdırma yapmayan ve santrifüje dayanıklı yapıda olmalıdırlar.
4. Konik tabanlı, dışarıdan silinmeyen baskıyla derecelendirilmiş skala sistemine sahip olmalıdırlar.
5. Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır. Çalışmayan ürün, yüklenici firma tarafından, en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.
7. Paket içerisinde 500 adet olmalıdır.
8. Proje ekibi, teklif değerlendirme aşamasında, ihtiyaç duyduğu takdirde, numune isteyecektir.

Doç Dr. Gül BAYRAM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri
Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dip. Tes. No: 129026

Petri Kutusu (90 mm Steril) Teknik Şartnamesi

1. Mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere son derece şeffaf polistirenden üretilmiş olmalıdır.
2. Petri kutuları tek bölmeli olmalıdır.
3. Petri kutuları aseptik özellikte olup bakterilerden arındırılmıştır ve 10.000 sınıfı steril alanlarda yüksek sterilite kontrolü altında üretilmiş olmalıdır.
4. Petri kutuları "DNase, RNase, pirojen" içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.
5. 90 x 15 mm ebatında olmalıdır.
6. Bir paketinde 450 adet petri olmalıdır.

Öze, Plastik PS Teknik Şartnamesi

1. Öze iğne uçlu, tek kullanımlık ve mavi renkli olmalıdır.
2. Gamma ışınları ile sterilize edilmelidir.
3. Öze, 1 µl hacminde olmalıdır.
4. 20 adetlik ambalajlarda sunulmalıdır.

Doç. Dr. Gül BAKIRCI
Mersin Üniversitesi
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri
Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dip. Tes. No: 129026