

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AY

16/12/2025

İlan No : 2025-12-4637
İstem No : 84008
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/12/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SOL, 5F, JL3.5	200	Adet					
2	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SOL, 5F, JL4	100	Adet					
3	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SAĞ, 5F, JR4	200	Adet					
4	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SAĞ, 5F, AR1	15	Adet					
5	İNTRODUCER, TRANSRADYAL, 6FR	500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

1-4. KATETER ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU 5F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anjiyografi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kateterler 100cm-125cm arası uzunlukta olmalıdır.
3. Kateterler 1000-1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
4. İç lümen özelliği 0,035- 0.038inch guidewire ile uyumlu olmalıdır.
5. Kateterlerin gövdesi örgülü yapıda ve ucu soft ve kesit kenarları yuvarlanmış olmalıdır.
6. Trombojeniteyi azaltmak ve kayganlığı artırmak üzere kateterlerin üzeri uygun bir maddeyle kaplanmış olmalıdır.
7. Kateterler biyocompetible malzemeden üretilmiş olmalıdır.
8. Kateter distal ucu yumuşak yapıda olmalı vücut ısısında tip hafızasını korumalı ve kılavuz teli geri aldıktan sonraki hafızasını kazanma hızı travmatize etmeyecek şekilde esnek ve yavaş olmalıdır.
9. Proximal uç bir hub ihtiva etmeli, burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır.
10. Kateterler damara kolaylıkla yerleştirilebilmeli ve işlem sırasındaki manipülasyonlar ile çabuk kırılır yapıda olmamalıdır.
11. Kateterlerin radyoopak özelliği yüksek olmalıdır.
12. Kateterler birebir tork özelliği göstermelidir.
13. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Doç. Dr. Emrah YEGİT Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bip. Tıp. No: 255780	İMZA Prof. Dr. İ. T. ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKAN Dip. No: 2500
---	---	--

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

5. İNTRADUCER, TRANSRADYAL, 6FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, radial girişim ile yapılan diagnostik ve girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Her bir set içerisinde, hemostatik valve kılıf, damar dilatatörü, mini guide wire ve ponksiyon iğnesi bulunmalıdır.
3. Transradial hemostatik valve kılıf aşağıdaki malzemelere ve özelliklere sahip olmalıdır;
 - a) Kılıfa bağlı şeffaf ve fleksible 3 yollu musluklu yan uzatma bulunmalıdır.
 - b) Kılıf 7 cm'den kısa, 11 cm'den uzun olmamalıdır.
 - c) Kılıfın dışarıda kalan hub kısmında valf bulunmalıdır. Bu valf kanamayı ve hava embolisini önleme amaçlı olmalı ve içinde kateterin rahatça hareket etmesine izin vermelidir.
 - d) Kılıf içinden kateter geçirildiğinde, kateterin kenarından (valf ile kateter arasından) kan sızmamalıdır.
 - e) Kılıf iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerde kateterin rahatça hareket edebilmesi için özel hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır.
 - f) Kılıfın ucu yerleştirme işlemi esnasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.
 - g) Kılıf damara yerleştirildikten sonra hiçbir şekilde hemorajik sızıntı olmamalıdır.
4. Dilatatör, ucu yerleştirme işlemi esnasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.
5. Mini guide wire aşağıdaki özellikleri içermelidir;
 - a) Guidewire 0.018" çapta ve yeterli uzunlukta olmalıdır.
 - b) Guidewire yumuşak ve atravmatik uçlu olmalıdır.
 - c) Guidewire'in dışı biyolojik sıvılarla temasa geçtiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik malzeme ile kaplı olmalıdır.
 - d) Dilatatör ve kılıf guide wire üzerinde rahat ilerletilebilmeli ve damar içine tatbik sırasında bükülme veya deformansa uğramamalıdır.
6. Ponksiyon iğnesi radial artere girişim için uygun, 20-22G kalınlıkta ve en fazla 5 cm uzunlukta olmalıdır.
7. Tüm ürünler radyopak yapıda olmalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koronar Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Dr. Gökçe Emrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. No: 55780	İMZA Prof. Dr. Tamer OZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Kardiyoloji B. Başkanı Dip. No: 2500
--	--	---