

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/12/2025

İlan No : 2025-12-4679
İstem No : 84040
Alım No :
Talep Eden Birim : SERVİS DEPOLARI / Ortopedi Servis Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/12/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ÇİVİ, İNTRAMEDÜLER, FEMUR, KİLİTLİ, KISA PROKSİMAL, KANÜLLÜ, TİTANYUM, 10MMX170MM	1	Adet					
2	ÇİVİ, İNTRAMEDÜLER, TEPE VİDASI, FEMUR, KANÜLSÜZ, TİTANYUM, ORTA	1	Adet					
3	ÇİVİ FİKSASYON VİDASI, İNTRAMEDÜLER, SELF TAPPING, KANÜLLÜ, TİTANYUM, 4.8MMX40MM	1	Adet					
4	ÇİVİ, İNTRAMEDÜLER, BOYUN KİLİTLEME, KOMPRESYON, TİTANYUM, 80MM	1	Adet					
5	TEPE VİDASI, LAG, FEMUR, KANÜLSÜZ, TİTANYUM, 50MM	1	Adet					
6	ÇİVİ, İNTRAMEDÜLER, BOYUN KİLİTLEME, SİRAL, TİTANYUM, 80MM	1	Adet					
7	ÇİVİ, İNTRAMEDÜLER, BOYUN KİLİTLEME, SİRAL, TİTANYUM, STANDART	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

PFNA PROKSİMAL FEMUR ÇİVİ (SİRAL BİÇAKLI KAYAN LAĞ VİDASI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Çivi,endcap ve vida'lar titanyum alaşım, Tİ6Al4V2 malzemedan yapılmış olmalıdır.
- 2- Çivi,endcap ve vida'lar MRI uyumlu olmalıdır.
- 3- Çiviler kanüllü olmalı ve max. Ø 3,5mm guide teli geçmesine izin vermelidir.
- 4- Proximal Femur çivi, proximal çapı 16 mm, distal çapı 10-11-12-13-14 mm; boyu 170-200-240mm ölçülerde olmalıdır.
- 5- Proximal femur çivisi 1 adet kayan lag vidası ve 1 adet distal kilitleme vidası kullanılır.Kayan lag vidaları spiral bıçaklı ve spiral bıçaksız seçenekleri olmalıdır.
- 6- Kayan lag vidaları Ø 11mm ,Boy 50mm ile 120 mm arası 5 şer artan ölçüler olmalıdır.Kayan lag vidasına uyumlu endcup olmalıdır.
- 7- Distal kilitleme vidaları 4.8mm çapında olmalı,vida boyları 30mm ile 60 mm arası 5 şer artan ölçüler olmalıdır.Vidaların alyen kısmında bulunan M3 yiv sayesinde tornavidaya kilitlene bilir özellige sahip olmalıdır.
- 8- Çivinin distali dinamik kilitlemeye uygun yapıda olmalıdır.
- 9- Sistemde 0, 5 ve 10 mm'lik Proksimal endcap vidaları olmalıdır. Endcap'ın oturacağı kısm da yivli olmalıdır.
- 10- Çiviler 125 derece açıyla kayan lağ vidalarının gönderilebilmesine izin vermelidir.
- 11- Femur boynuna giden kayan lag vidalarının kompresyon özelligi taşımaldır. Ve aynı anda bunların kombinasyonuna izin vermelidir.
- 12- Femur boynuna giden kayan lag vidasının çiviye kilitleyen sabitleme vidası olmalıdır.
- 13- Lağ screw içinden femoral başa kilitlenen 3 adet spiral bıçak olmalıdır.
- 14- Sistem minimal invasive cerrahiye uygun olmalıdır.
- 15- Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan ,kayan lag boyun vidalarının üzerindeki spiral bıçak sistemleri açılmalı ve sistem otomatik olarak kilitlenebilmelidir.
- 16- Çakma seti ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak için ergonomic yapıda olmalı ve eksiksiz teslim edilmelidir.
- 16-Ürün TITUBB kaydı ve SGK onaylı konumda olmalıdır.

SUT KODLARI:

Çivi	: TV5340
Çivi End Cup	: TV5380
Lağ Kilitleme	: TV5400
Lag Vidası Spiral Bıçak	: TV5400
Kayan Lağ	: TV5470
Lağ End Cup	: TV5380
Distal Kilit Vidası	: TV5500

Prof. Dr. Abdullatif N. ÇAN
Mersin Üniversitesi Hastane
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Dip. Terc. No: 7164/2015

Prof. Dr. İbrahim T. KAYA
Mersin Üniversitesi Hastane
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Dip. Terc. No: 8888/2015

Kayan vidalarının
boyu 50 mm ile 120 mm arası 5 şer artan ölçülerde olmalıdır.
Kayan lag vidalarının
boyu 50 mm ile 120 mm arası 5 şer artan ölçülerde olmalıdır.
Kayan lag vidalarının
boyu 50 mm ile 120 mm arası 5 şer artan ölçülerde olmalıdır.