

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/12/2025

İlan No : 2025-12-4676
İstem No : 84044
Alım No :
Talep Eden Birim : SERVİS DEPOLARI / Ortopedi Servis Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/12/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VİDA, KANÜLLÜ, KİLİTSİZ, SELF TAPPING, TİTANYUM, ÇAP:4.5MM	1	Adet					
2	VİDA, KANÜLLÜ, KİLİTSİZ, SELF TAPPING, TİTANYUM, ÇAP:6.5MM	1	Adet					
3	PLAK, PROKSİMAL, LATERAL, TIBIA, KOMPRESYON, KİLİTLİ	1	Adet					
4	VİDA, KORTİKAL, KİLİTSİZ, SELF TAPPING, TİTANYUM, ÇAP:4.5MM	1	Adet					
5	VİDA, KORTİKAL, KİLİTLİ, SELF TAPPING, TİTANYUM, ÇAP:4.5MM	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİS TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

BAŞSIZ KANÜLLÜ KOMPRESYON VİDATEKNİK ŞARTNAMESİ-TV2890

- Ürünler CE belgesine sahip olmalıdır.
- Vidalar distal ve proximal kısımlarından kompresyon yapabilecek yapıda olmalıdır.
- Kompresyon screw, Ti6AL4V ELİ standartındaki malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Kompresyon screw seti içerisinde dört ayrı çap seçeneği olmalıdır ve vidalar konik yapıdadır. Small vida 2,5-3.0 mm çapında,Medium vida 3,3-3,8 mm çapında,Large vida 4.0-5,0 mm çapında, Xlarge vida 5 .0mm -5.6 mm çapında ,Xxlarge vida 6.0-6,5 mm çapındadır. Vida delikleri 0,8- 1.1 ile 1.8 mm arasında olmalıdır.
- Small vidalar 8 mm'den 38 mm'ye kadar 16 boy seçeneği bulunmalıdır.
- Medium vidalar 10 mm'den 60 mm'ye kadar 26 boy seçeneği bulunmalıdır.
- Large vidalar 16 mm'den 85 mm'ye kadar 22 boy seçeneği bulunmalıdır.
- Xlarge vidalar 20 mm'den 130 mm'ye kadar 23 boy seçeneği bulunmalıdır.
- XXlarge vidalar 20 mm'den 140 mm'ye kadar 25 boy seçeneği bulunmalıdır.
- Vidaların self drilling özelliği vardır. Tornavida yuvaları sıyırmayı azaltmak için hexagonal formunda olmalıdır.
- Vida adımları kompresyon yapmayı sağlayacak şekilde önden arkaya doğru azalır. Rahat kompresyon yapması için vida ortasındaki konik çap baş kısma göre az olmalıdır.
- Vidalar sette ikişer adet, full yivli ve her çap ayrı renk ile renklendirilmiş olmalıdır.
- Vida setinde her vida çapı için ayrı ayrı : Kanüllü ve Kanülsüz tornavida, kanüllü dril, vida boy ölçer ve kirschner teli dizaynli olarak konteynirlarda mevcut bulunmalıdır.

Compression Screw Small TV2890
Compression Screw Medium Ty2890
Compression Screw Large TV2910
Compression Screw XLARGE TV2910

Prof. Dr. Abdurrahman Yılmaz
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Dip. Tesis No: 10000000000000000000

Prof. Dr. İzzet Yılmaz
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Dip. Tesis No: 10000000000000000000

KİLİTLİ TİBİA PROXİMAL PLAK,VİDA ŞARTNAMESİ

- Plaklar ve vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELI sertifikalı Titanyum malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.
- Plak delikleri 4,5- 5,5 -6,5 mm çaplı kilitli kilitsiz kanüllü kilitli vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
- Set içerisinde 20mm-50mm arası 2mm aralıklı 50mm-70mm arası 5 mm aralıklı Expandable(genişleyebilir) vidalardan 4'er adet bulunmalıdır.
- plak deliklerinde spongiöz vidaların kullanımına uygun olmalıdır.
- Kilitlenebilir vida delikleri 10 derece kafa çaplı vidaların tamamen gömülmesini sağlayabilecek şekilde olmalı stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki yivlerin dış aralığı ince olmalıdır.
- Vida setinde kilitli kilitsiz cortical ve cancellous vidalar 12mm den 100 mm ye kadar 5 er adet olmalı.
- Vidaların tamamı hegzagonal başlı olmalıdır.
- Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti lazerle markalanmış olmalıdır.
- plakların üzerinde compresyon yapmayı sağlayacak vida deliği olmalıdır.
- Plakların delik yerlerinde sabit takılı kilitli guideler olmalıdır.
- proximal plakların sap kısmı 5 delikten 15 deliğe kadar,proximal kısmında en az 5 delik olmalı ve değişik açılarda gitmelidir.
- proximal plakların kalınlıkları 4,80 mm,en kalınlığı 12,30 mm olmalıdır.
- proximal tibia medial,lateral plaklar,anatomik yapıda ve farklı renklerde olmalıdır.
- tibia proximal medial,lateral ve shaft plakları aynı set içerisinde hazır bulundurulmalıdır.
- plaklar üzerinde kablo takılabilecek yapıda olmalıdır.
- Üretici firma ISO ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- Sette tornavida ,3,2-3,5-4.0-5.0 mm diriller,tapler,kilitli ve kilitsiz guideler, derinlik ölçer,vida çıkarıcı aparatlar,plak bükücüler,ecartörler bulunmalıdır.

Prof. Dr. Abdurrahman MİLÇAN
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Başkanı
Dip. No: 36647/22-15

Prof. Dr. Abdurrahman MİLÇAN
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Başkanı
Dip. No: 36647/22-15