

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/12/2025

İlan No : 2025-12-4672
İstem No : 84066
Alım No :
Talep Eden Birim : SERVİS DEPOLARI / Ortopedi Servis Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/12/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VİDA, KANÜLLÜ, KİLİTSİZ, TİTANYUM, SELF-TAPPING, 4.5MMX50MM	2	Adet					
2	VİDA PULU, KANÜLLÜ VİDA İÇİN, TİTANYUM, 4.5MM	2	Adet					
3	ROTATOR KILIF ONARIMI MALZEME SETİ	1	Adet					
4	ANKOR, İĞNELİ, GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ, TİTANYUM, 5MM	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) **Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

Ø 4,5 mm CANNULATED SCREW TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünler ISO 5832-3 standardına uygun saf titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
- Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.
- 4.5 mm çapındaki Cannulated Cancellous Screw'ler 24 mm den başlayıp 2 mm aralıklarla artarak 70 mm'e kadar boy seçeneği olmalıdır.
- Set içerisinde vida çıkarıcı enstrümanı mevcut olmalıdır.
- Ürünlerin üzerinde Firma logosu, lot no, ürün referans no su ve CE lazer markalama ile yazılmış olmalıdır.
- Üretici firmanın sistem ISO ve CE Belgesi mevcut olmalıdır.
- Çakma – Çıkarma seti eksiksiz olarak hazır bulundurulmalıdır.

Prof. Dr. Abdullah Yılmaz
Mersin Üniversitesi Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Başkanı
T.C. Dip. Tescil No: 12747/22115

Prof. Dr. İbrahim Çelebi
Mersin Üniversitesi Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Başkanı
T.C. Dip. Tescil No: 12747/22115

TİTNAYUM VİDALI SÜTÜR ANCHOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU :AE:1260

1. Kemiğe vidalanarak yumuşak doku tespitinde kullanılabilir.
2. Kemiğe tespit malzemesi titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarında rahatlıkla kullanılabilir.
4. Vida dış gövde çapı 4mm ($\pm 0,5$ mm) ve 6,5mm ($\pm 0,5$ mm) aralığında olmalıdır.
5. Anchor'lar önceden drill ile yuva açmaya gerek duyulmadan kullanılabilir özellikte olmalı;
6. İmplantlara bağlanan sutureler fiber suture olarak implant üzerinde 2 adet hazır bulunmalıdır.
7. İmplantların sutureünün bağlandığı delikler özel yapıda olup; suturelerin dolanmasını engelleyecek şekilde olmalıdır.
8. Vida yivleri suture geçme yerine kadar devam etmelidir.
9. Gerekli durumlarda kendi tornavidası ile rahatlıkla çıkarılabilme imkanı mevcut olmalıdır.
10. Anchorların aynı çaplarda iğneli seçeneğinde olmalıdır.
11. Tek kullanımlı steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır

Prof. Dr. Abdülhamit MİRZALP
Mersin Üniversitesi Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Başkanı
T.C. Dip. T. S. No: 00047/27.12.20

Prof. Dr. İzzet AYAR
Mersin Üniversitesi Hastane
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
T.C. No: 10525