

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/12/2025

İlan No : 2025-12-4722
İstem No : 84112
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/12/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON KİTİ	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

544254

INTRAVİTREAL İNJEKSİYON KİTİ ŞARTNAMESİ

- Intra vitreal enjeksiyon uygulaması yaparken kullanılmak üzere tek steril paket içindedir. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
 - Kit içinde bulunacak malzemeler ve özellikleri aşağıda belirtilen özelliklerdedir.
 - KİTİN İÇERİĞİ;
 - 1 adet Tel Bleforesta
 - 1 adet skleral marker
 - 1 ad 40x40 yapışkanlı ve cepli drep
 - 1 ad 1 ml insülin enjektörü
 - 1 adet 30g iğne
 - 1 adet 20g iğne
 - 5 adet pamuklu çubuk
 - 2 ad 50x50 Alet masa örtüsü
 - 2 ad gazlı bez
- 1- Tel Bleferosta; göz kapağını açmak için kullanılmaktadır. Kapak boyu 14 mm dir Barraguer yetişkin model olmalıdır. **(Tekli steril paket içinde olmalıdır)**
 - 2- Skleral Marker; polietilen materyalden üretilmelidir. Skleral marker ın bir ucu 3,5mm diğer ucu 4mm olmalıdır.
 - 3- Yapışkanlı Cepli Drep; örtü su, alkol, kan ve benzeri sıvıları bariyer özelliği ile emmeden ortamdan iterek örtünün altına geçmesini engelleyen, hava geçirgen özelliği sayesinde de cildin nefes almasını sağlayan an az 40+- 5 gram olan non-woven materyalden olmalıdır. Sıvı toplama torbası bulunmaktadır. Toplam ölçüsü 40 cm* 40cm 'dir. İnsizyon kesi alanı bölgesi kolay ayrılabilmesi için 5 cm çizik olmalıdır. Islak ve kuru durumda yapışkanlığını devam ettirmektedir.
 - 4- Enjektör 1 ml ;26G 'dır.0,45*13mm 'dir.% 6 eğimli luer olmalıdır. **(Tekli steril paket içinde olmalıdır)**
 - 5- İğne 30g ; 30g kalınlığında, ½ inç özelliğindedir. İğne boyu 13mm iğne kalınlığı 0,3mm'dir. Orijinal paketinin içinde olmalıdır. **(Tekli steril paket içinde olmalıdır)**
 - 6- İğne 20g ; 0,90*38 mm ölçülerinde olmalıdır. **(Tekli steril paket içinde olmalıdır)**
 - 7- Pamuklu Çubuk ; 15 cm uzunluğundadır. Uç kısım pamukludur. Pamuklu uç kısmın genişliği 5mm olmalıdır. Medikal kullanıma uygun olmalıdır.
 - 8- Alet Masa Örtüsü; 50cm*50cm ebatlarında olmalıdır. Tabaka sıvı penetrasyonunu engellemek için 60 mikron PE olmalıdır.
 - 9- Set bir tarafı medikal kağıt, diğer tarafı medikal film den oluşan ve üzerinde EO indikatörü bulunan medikal ambalaj ile tek olarak paketlenmiş ve etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır. Üretici firma 13485 belgelerine ve CE kalite sertifikasına sahip olmalıdır ve ürün sınıfı Class IIA olmalıdır. Ürün üzerinde imalatçı firma bilgileri, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve ürün içeriği bulunmalıdır ve etiket üzerinde gerekli uyarılar yazılmış olmalıdır.

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
Göğüs Hastalıkları
Mersin Üniversitesi
Dip. Tes. No.: 97346

Prof. Dr. Erdem DİNÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tes. No.: 97346