

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

31/12/2025

İlan No : 2025-12-4776
İstem No : 84160
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 31/12/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MESH PLAK, TİTANYUM, KESİLEBİLEN, 130MMX130MM	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

**KRANIAL MESH SYSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sistem kranial kubbe anatomisine ve fiksasyonuna uygun şekilde üretilmiş mesh, vida ve el aletleri çeşitliliğinden oluşmalıdır, başkaca amaçlar üretilmiş sistemler kabul edilmeyecektir.
2. Sistemdeki tüm mesh ve vidalar Titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Sistemdeki tüm mesh ve vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MRI uyumlu olmalıdır.
4. Sistem kompakt bir yapıda olmalıdır ve rutin malzemelerin tamamı set içerisinde ve kendilerine özel yapılmış yuvalarında bulunmalıdır.
5. Sistem içerisinde 1.5mm – 1.6mm çaplarında kilitli ve kilitsiz vidalar olmalıdır.
6. Sistem içerisinde bulunan tüm vida çaplarının acil vidaları olmalı ve acil vidalar farklı renk kodlarında olmalıdır.
7. Sistem içerisinde bulunan vidaların boyları 3 mm ile 20 mm arasında olmalıdır.
8. Sistem içerisinde ki vidaların hem self drilling hem de self tapping tipleri olmalıdır.
9. Sistemdeki vidaları tornavidaya alırken kendiliğinden tornavidaya kilitlenebilen özellikte olmalı
- kilitleme için ayrıca bir el aletine ya da sisteme ihtiyaç duyulmamalıdır, vida takılırken ve tutarken kesinlikle tornavidadan düşmemelidir.
10. Sistem içerisinde 0,2 – 0,3 – 0,6 mm kalınlığında meshler olmalıdır.
11. Sistem içindeki meshlerin ağ dizaynı kranial kemik dokunun vaskülarizasyonuna olanak sağlamalıdır.
12. Sistem içindeki meshlerin ağ dizaynı kranial kemik dokunun fiksasyonuna, rekonstrüksiyonuna ve replasmanına mekanik açıdan uygun imal edilmiş olmalı, bu durum istenildiği takdirde teklif edilen marka meshlerin akredite laboratuvarlarda yapılan biyomekanik test sonuçlarıyla kanıtlanmalıdır.
13. Sistem içerisinde dikdörtgen, düzgün dairesel, temporal, mastoid mesh çeşitleri olmalıdır. Dikdörtgen meshler en az 100X100, 130X130, 150X150, 150X200, 200X250 mm çeşitliliğinde, dairesel meshler ise 40 – 60 – 80 – 100 – 150 – 200 mm çap çeşitliliğinde, diğer meshler ise en az 3 er farklı boy seçenekleri ile hazır edilmelidir.
14. Sistem içerisindeki dikdörtgen meshlerin plakla vidalanmaya uygun özel bölgeleri bulunmalıdır.
15. Sistemin kutuları üzerinde ürünün adı grubu ve markası yazılı olmalıdır.
16. Sistemdeki bütün el aletlerinin üzerinde markası yazılı olmalıdır.
17. Sistem, tüm rutin malzemeleri ile birlikte kompakt bir şekilde steril edilebilmeli ve sterilizasyon EO veya otoklav yöntemi ile yapılabilmelidir.
18. Sistemle birlikte ameliyat süresini kısaltmak ve ameliyatı kolaylaştırmak için kablosuz motorize drillleme ve vidalama sistemi olmalıdır.
19. Set ve içinde ki el aletlerinin markası, sistem bütünlüğünün bozulmaması bakımından teklif edilen mesh ve vidalar ile aynı olmalıdır.
20. Teklif edilen tüm ürünlerin ve dokuya teması bulunduğundan drill ve tornavida uçlarının Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
21. Teklif edilen markaya ait fiksasyon seti ücretsiz olarak ameliyattan en az bir gün önce hastanemizde hazır bulundurulmalıdır.
22. 1 Adet 130x130 mm boyutunda mesh alınacaktır.

Prof. Dr. Emel AVCI
MED. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Etiler ve Sincir Cerrahisi
T.C. Res. No.: 337.79634

Doç. Dr. Uğur BERYA KARATÜRK
Göğüs Hastalıkları
Cerrahisi ve Sincir Cerrahisi
T.C. Res. No.: 337.79634