

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-374
İstem No : 84170
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : SARF MALZEME ALIMI

DN

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VENTİLASYON TÜPÜ, SHEPARD, TELLİ	200	Adet					
2	VENTİLASYON TÜPÜ, PAPERALLA	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PAPARELLA TİP – II TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İç çapı 1.50 mm olmalıdır.
- 2-Hammaddesi silikon olmalıdır.
- 3-Mavi renkte olmalıdır.
- 4-Steril pakette olmalıdır.
- 5-Ürünlerde uluslararası standart gösterir ISO, CE standartlarından biri olmalıdır

Prof. Dr. Cengiz ULLAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 65.690.176

Prof. Dr. Cengiz ULLAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak-Görmek-Burun Hastalıkları
Dip. Tes. No: 118941

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Materyali floroplastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- İç çapı 1.14 mm olmalıdır.
- 3- dış çapı 2.4 mm olmalıdır.
- 4- Timpanik membranda kısa dönemli ve kolay yerleştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 5- Paslanmaz çelik telli olmalıdır.
- 6- Malzemenin rengi beyaz renkte olmalıdır.
- 7- Steril tekli paketlerde olmalıdır.
- 8- EO ile steril edilmiş olup kutu üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 9- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet İsmail
Mersin Bölünsel Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Diy. No: 65.690.176

Prof. Dr. Engiz UZUN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Diy. Tes. No.: 65.690.176