

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

29/01/2026

İlan No : 2026-01-374  
İstem No : 84170  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/02/2026 17:00:00

2.KEZ İLAN

TEKNİK ŞARTNAME GÜNCELLENMİŞTİR

| S.No | Malzeme Açıklaması               | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | VENTİLASYON TÜPÜ, SHEPARD, TELLİ | 200    | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | VENTİLASYON TÜPÜ, PAPERALLA      | 20     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
**HASTANE MÜDÜR YRD.**

## SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Materyali floroplastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- İç çapı 1.14 mm olmalıdır.
- 3- dış çapı 2.4 mm olmalıdır.
- 4- Timpanik membranda kısa dönemli ve kolay yerleştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 5- Paslanmaz çelik telli olmalıdır.
- 6- Malzemenin rengi beyaz renkte olmalıdır.
- 7- Steril tekli paketlerde olmalıdır.
- 8- EO ile steril edilmiş olup kutu üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 9- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. N. İsmail  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları  
Tıbbi Uzmanı  
T.C. Kimlik No: 118841

Prof. Dr. Ali Rıza UZUN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı  
Diy. Tes. No.: 65.690.176

## PAPARELLA TİP I TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İç çapı 1.50mm olmalıdır.
2. Hammaddesi silicon olmalıdır
3. Mavi veya beyaz renkte olmalıdır.
4. Steril pakette olmalıdır.
5. Ürünlerde uluslararası standart gösteriri ISO,CE standartlarından biri olmalıdır.

  
Prof. Dr. Cengiz Uzun  
Mersin Üniversitesi Hastaneleri  
KBB, A.D.  
Dip. Tıp No: 1997

  
Prof. Dr. Onur İsmi  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak-Burun-Böğaz Hastalıkları  
Dip. Tıp No: 1997