

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

15/01/2026

İlan No : 2026-01-95  
İstem No : 84175  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

A2

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : **21/01/2026 12:00:00**

| S.No | Malzeme Açıklaması            | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | DRENAJ SETİ, EXTERNAL, LOMBER | 10     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
**HASTANE MÜDÜR YRD**

## DRENAJ SETİ, EXTERNAL, LOMBER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem çift paketlenmiş steril ambalajında lomber bölgeden BOS boşaltımını gerçekleştirebilir özellikte olmalıdır.
2. BOS'un lomber subaraknoid aralıkta drenajı veya BOS akışının izlenmesi için tasarlanmış olmalıdır.
3. Kapalı sistem olacaktır.
4. Sistemle birlikte minimum 80cm'lik radyopak, olası silikon alerjisine karşı Poliüretandan mamül lomber kateter (iç çapı 0.7mm, dış çapı 1.4mm), 4,5F çaplı lomber kateter veya (iç çapı 0,8 mm dış çapı 1,5 mm) 5F çaplı lomber kateter olmalıdır.
5. Sistemde 14G ebadın da Touhy iğnesi olmalıdır.
6. Sistemde BOS toplama ekipmanına kateter bağlantı için 1 adet dişli safety konnektör olmalıdır.
7. Sistemde mevcut radyo opak Poliüretandan mamül kateter kinke( kıvrılma/kırılma) dayanıklı olmalıdır.
8. Sistemde yerleştirme işlemi esnasında hekime kolaylık sağlamaya yönelik ; PTFE kaplı kılavuz tel (teflon kaplı guidewire ) ( 0,18" x 100 cm ) kılavuz tel katatere yapışmamalıdır.
9. PTFE Kılavuz tel (Guidewire) 3 cm lik yumuşak uca sahip olmalı, böylece lomber kateter olası yırtılma riskinden korunmalıdır.
10. Drenaj için, lomber kateterin uç kısmında dört sıra ve her sırada 4'er adet 0.5mm çapında toplam 16 delik olmalıdır. Kateterin ucu Touhy iğnesine takılmaması için soft (yumuşak) olmalıdır.
11. Katater üzerinde 1 cm aralıklı olarak mesafe işaretleri bulunmalı ve her 5 cm lik aralıkta. ( 5,10,15 gibi) mesafe numerik rakam ile belirtilmiş olmalıdır.
12. Drenaj sistemi içerisinde torba bağlantısından önce 100-200 ml arasında büret sistemi ve lomber bölgeyi hizalamak için ölçülendirilmiş işaretlenmiş plastik levha bulunmalıdır.
13. Sistem üzerinde hastanın cildine fiksasyon olanağı sağlayan silikon sabitleme parçası bulunmalıdır. (Sabitleme kelebeği)
14. Torba ve damlalık üzerinde –micropor gözenekli su geçirmez (hidrofobik) disk ventilasyon filtresi olmalıdır.
15. EVA dan üretilmiş en az 750 ml'lik kapasitesi üzerinde işaretli Drenaj torbası olmalıdır. Torbanın hasta başına asılabilmesi için sistemde askı ipi olmalıdır.
16. Drenaj sistemde uzatılmış tubing set üzerinde 1 adet üç yollu musluk bulunmalıdır. Üç yollu musluk üzerinde iğnesiz luer valf ( Ven Valfi) olmalıdır.
17. Sistem en az 2 m uzunluğunda ve bağlantıları lüverlock konektörlü olmalıdır.
18. Drenaj sistemde damlalıktan önce 1 klemp, damlalık bölümündeki ventilasyon filtresi önünde 1 klemp ve damlalık ve torba arasında 1 adet klemp olmak üzere 3 klemp olmalıdır. Ayrıca dolan torbanın kapatılması için de torba drenaj ağzında tek kullanımlık kilit klemp bulunmalıdır.
19. Drenaj sistemi drenaj durdurulmak istendiğinde klempeler ya da 3 yollu musluk sayesinde kapatılabilir.
20. Drenaj sistemde katater ve torba iki ayrı ambalajda olmalıdır.
21. Uluslararası kabul görmüş kalite uygunluk belgesi olan CE belgesi olmalıdır.

Doç. Dr. Üyesi Derya KARAT  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. Tıp. No: 14.200.60000

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. Tıp. No: 14.200.60000