

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2026

İlan No : 2026-01-34
İstem No : 84191
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : BASINÇ TRANSDUCERİ TMP, DİYALİZİ CİHAZI İÇİN, FRESENIUS, 4008S MODEL, SERİ NO:5XAFZ03, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/15/5693

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2026 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BASINÇ TRANSDUCERİ TMP, DİYALİZ CİHAZI İÇİN, FRESENIUS, 4008S MODEL, SERİ NO:5XAFZ03, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/15/5693	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BASINÇ TRANSDÜSER TMP SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sensör, FRESENIUS marka 4008S model diyaliz cihazına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
- 2-Sensör, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Sensör, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Sensör en az 6(Altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.

İSMAİL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ



Mersin Üniversitesi Hastanesi

Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : DİYALİZ ÜNİTESİ		
DİYALİZ ÜNİTESİ	Marka : FRESENIUS		
	Model : 4008S		
	Seri No: 5SXA FZ03		
	Demirbaş Numarası : 253.3.5/15/5693		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 05.01.2026	Var []	Yok [x]	Var [x] Yok []

Arıza Özeti :

Cihazda su kaçağı vardır. İlgili firması tarafından yapılan kontrollerde basınç TMP sensörünün arızalı olduğu tespit edilmiştir. Yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :

--