

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-127
İstem No : 84193
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : DİJİTAL TERAZİ ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİJİTAL TERAZİ, BEBEK	1	Adet					
2	DİJİTAL TERAZİ, KİLO BOY ÖLÇER	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DIJİTAL BEBEK TARTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-)Sürekli hareket eden bebeğin ağırlığının tespit edilmesi için otomatik ve manuel durdurma işlevi olmalıdır.
- 2-)Büyük lcd ekran ve kolay okunabilir özellikte olmalıdır.(23mm rakam boyutu)
- 3-)Kavisli beşik yüzeyli bebek terazisi olmalıdır.
- 4-)Durdurma işlevi olmalıdır.
- 5-)Button on tekniği olmalıdır.
- 6-)20 kg taşıma kapasitesi olmalıdır.
- 7-)5 kg lık ölçeklendirme olmalıdır.
- 8-)Kg/lb/oz seçenekleri olmalıdır.
- 9-)10-20 gr hassasiyet ile tartım yapmalıdır.
- 10-)Kaymayan kauçuk ayaklar olmalıdır.
- 11-)Dara dara fonksiyonu olmalıdır.
- 12-)Kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.
- 13-)Otomatik kapanma özelliği olmalıdır.
- 14-)Terazinin kefesi bebeğin tenine zarar vermeyen özellikte olmalıdır.
- 15-)Pil ile çalışır özellikte olmalıdır.
- 16-)İmalattan doğabilecek arızalara karşı 2 yıl garantilidir.Bu sürenin sonunda da teknik servis güvencesi vermeli ve bunu belgelendirmelidir.

İSMAİL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKER



Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

DİJİTAL YETİŞKİN TARTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dijital olmalı, Lcd ekranı olmalıdır. Gösterge Bel Seviyesinde olmalıdır.
2. Üzerinde tartım yapmadan önce otomatik sıfırlama ve kapanma özelliği olmalıdır. Aşırı yük uyarısı bulunmalıdır
3. Ölçüm bittiğinde otomatik olarak cihaz kendini kapatabilmelidir veya ekran ışığı sönmekle tasarruf moduna geçmiş olmalıdır.
4. Cihaz ve/veya Sistem hem Elektrik hemde Akü veya şarjedilebilir Pil ile çalışır olmalıdır. Akü veya şarj edilebilir Piller Cihaz ve/veya Sistem ile birlikte verilecektir. Cihaz ve/veya Sistem ile birlikte varsa orijinal adaptörü verilecektir.
5. Cihazın Ölçüm Kapasitesi en az 190 Kg olmalıdır. Hassasiyet 50gr (± 10 gr) veya 100gr (± 10 gr) olmalıdır.
6. Cihazın Platformu en az 26 cm x 27 cm (genişlik x derinlik) ölçülerinde olmalıdır.
7. Kaymaz ayak basma tablası olmalıdır.
8. Kg (kilogram) biriminde ölçüm yapabilmelidir.
9. Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Terazinin ayakları kauçuk lastik ayak olmalı veya zeminde kaymayacak bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
10. Teleskopik Boy Ölçme Çubuğu Tartıya Montajlı şekilde teslim edilmelidir.
11. Boy ölçme çubuğu teleskopik paslanmaz alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır. Terazî üzerindeki teleskopik boy ölçme çubuğunun taksimat çizgileri sürtünmeden dolayı silinmeyecek özellikte olmalıdır.
12. Teleskopik Boy ölçme çubuğu alt uzunluk değeri en çok 60 cm ve üst uzunluk değeri en az 200 cm olmalıdır. Teleskopik Boy ölçme çubuğu 1mm ($\pm 0,5$) hassasiyetle ölçüm imkanı sunmalıdır. Teleskopik Boy ölçme çubuğu insan baskülü ile aynı marka (orijinal) olmalı, farklı bir markadan adapte edilmiş (modifiye) olmamalıdır.
13. Teleskopik Boy ölçme çubuğu iç içe geçme veya katlanabilme özelliğinde olmalı. Çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmemelidir.

İSMAİL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ



Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

14. Dijital Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalıdır.
15. Cihazda boy ve kilo ölçümü aynı anda yapılabilir olmalıdır.
16. Cihazlar fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti
- Üretici veya temsilci firma veya yetkili satıcı tarafından onaylı taahhüt edecektir.
17. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
18. Cihazlar ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA gibi kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bunu belgelendirilmelidir.
19. Cihazların orijinal kataloglarında belirtilen gerek hastaya gerekse kullanıcıya kolaylık sağlayan
- tüm aparatlar ve/veya aksesuarlar cihazla birlikte verilecektir.
20. Teklif edilen Cihaz kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb.
- olmayacaktır.

İSMAİL YILDIRIM
BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu