

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

YD

İlan No : 2026-01-150
İstem No : 84209
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ALGILAYICI TUTUCU TAKIMI, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	10	Adet					
2	CİLT PROBU, TENDE KÜVÖZ İÇİN	10	Adet					
3	DEVRE TUTUCU, KÜVÖZ İÇİN	15	Adet					
4	FİLTRE, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	30	Adet					
5	FİLTRE, TENDE KÜVÖZ İÇİN	20	Adet					
6	GRAMMED LASTİĞİ, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	40	Adet					
7	ISITICI REZİSTANS, DRAGER AÇIK YATAK İÇİN	15	Adet					
8	MODÜL TUTUCU TAKIMI, TENDE KÜVÖZ İÇİN	10	Adet					
9	MÜDAHALE PENCERE CONTASI, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	20	Adet					
10	MÜDAHALE PENCERESİ, TENDE KÜVÖZ İÇİN	15	Adet					
11	PENCERE TUTUCU MENTEŞE TAKIMI, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	40	Adet					
12	SAĞ YAN PLEKSİ TUTUCU, DRAGER AÇIK YATAK İÇİN	6	Adet					
13	SOL YAN PLEKSİ TUTUCU, DRAGER AÇIK YATAK İÇİN	6	Adet					
14	YAN PLEKSİ CAMI, DRAGER AÇIK YATAK İÇİN	3	Adet					
15	YAYLI SÜRGÜLÜ PENCERE MANDALI, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	60	Adet					
16	Z TIRNAK, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	20	Adet					
17	ÖN PLEKSİ CAMI, DRAGER AÇIK YATAK İÇİN	3	Adet					
18	ÜST KİLİT, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	40	Adet					
19	ÜST KİLİT, TENDE KÜVÖZ İÇİN	40	Adet					
20	İÇ CİDAR TUTUCU, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	40	Adet					
21	GRAMMED LASTİĞİ, TENDE KÜVÖZ İÇİN	15	Adet					
22	MÜDAHALE PENCERESİ, DRAGER KÜVÖZ İÇİN	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) **Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

AÇIK YATAK ISITICI REZİSTANS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Rezistans, Drager marka Babytherm 8004 model açık yatağa uyumlu olmalıdır.
- 2-Rezistans değeri, 220-300 V olmalıdır.
- 3-Rezistans güç ve ısı değeri, maksimum 300 Watt gücünde ve 750 Derece olmalıdır.
- 4-Rezistans, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 4-Rezistans dış yapısı porselen özellik yapıya sahip olmalıdır.

AÇIK YATAK YAN PLEKSİ CAMI ÖN PLEKSİ CAMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Camlar Drager marka Babytherm 8004 model açık yatağa uyumlu olmalıdır.
- 2-Camlar şeffaf ön arka taraf görülebilir özellikte olmalıdır.
- 3-Camlar silinebilir özellikte olup enfeksiyon oluşumuna karşı korunur yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Camlar CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Camlar cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

AÇIK YATAK SAĞ YAN VE SOL YAN PLEKSİ TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Malzemeler Drager marka Babytherm 8004 model açık yatağa uyumlu olmalıdır.
- 2-Malzemeler köşeli silinebilir özellikte olmalıdır.
- 3-Malzemeler enfeksiyon oluşumuna karşı korunur yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Malzemeler CE(Güvenlik) esaslarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Malzemeler sağ ve sol yan ayrı olmak üzere ayrı ayrı olmalıdır.
- 6-Malzemeler cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Siman ÜCAL
Gersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


NURETTİN DİNÇER
GERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU

TENDE KÜVÖZ FİLTRE-ALGILAYICI(MODÜL) TUTUCU TAKIMI VE ÜST KİLİT APARATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tende marka VAV model küvöz e uyumlu olması gerekmektedir.
2. Aparatlar (sağ sol) set halinde olmalıdır.
3. Uygunluk verilebilmesi için numune gerekmektedir.
4. CE(Güvenlik) belgesine sahip olması gerekmektedir.
5. Enfeksiyon oluşumuna karşı özel yapıya sahip olmalıdır.

TENDE KÜVÖZ MÜDAHALE PENCERESİ – GRAMMED LASTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tende marka VAV model küvöz e uyumlu olması gerekmektedir.
2. Aparatlar adet şeklinde olmalıdır.
3. Uygunluk verilebilmesi için numune gerekmektedir.
4. CE(Güvenlik) belgesine sahip olması gerekmektedir.
5. Müdahale pençeleri şeffaf ön arka yüzey görünür pleksi glastan yapılmış olmalıdır.
6. Enfeksiyon oluşumuna karşı özel yapıya sahip olmalıdır.

TENDE KÜVÖZ CİLT ISI PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Prob Tende marka VAV öodel küvöz e uyumlu olmalıdır.
2. Prob hastaya temas yoluyla bağlanır olmalıdır.
- 3-Prob uygunluk verilebilmesi için numune gerekmektedir.
- 4-Prob CE(güvenlik) belgesine sahip olmalıdır.
- 5-Prob esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.


İlman ÖCAL
Mardin Üniverstesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


NUBETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

**DRAGER KÜVÖZ FİLTRE-ALGILAYICI TUTUCU TAKIMI VE ÜST KİLİT APARATLARI TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Drager marka Isolette 8000 model küvöz e uyumlu olması gerekmektedir.
2. Aparatlar (sağ sol) set halinde olmalıdır.
3. Uygunluk verilebilmesi için numune gerekmektedir.
4. CE(Güvenlik) belgesine sahip olması gerekmektedir.
5. Enfeksiyon oluşumuna karşı özel yapıya sahip olmalıdır.

DRAGER KÜVÖZ MÜDAHALE PENCERESİ-MÜDAHALE PENCERESİ CONTASI - İÇ CİDAR TUTUCU -

YAYLI SÜRGÜLÜ PENCERE MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drager marka Isolette 8000 model küvöz e uyumlu olması gerekmektedir.
2. Aparatlar adet şeklinde olmalıdır.
3. Uygunluk verilebilmesi için numune gerekmektedir.
4. CE(Güvenlik) belgesine sahip olması gerekmektedir.
5. Müdahale pençeleri şeffaf ön arka yüzey görünür pleksi glastan yapılmış olmalıdır.
6. Enfeksiyon oluşumuna karşı özel yapıya sahip olmalıdır.

DRAGER GRAMMED LASTİĞİ-Z TIRNAK-PENCERE TUTUCU MENTEŞE TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Drager marka Isolette 8000 model küvöz e uyumlu olması gerekmektedir.
2. Aparatlar adet şeklinde olmalıdır.
3. Uygunluk verilebilmesi için numune gerekmektedir.
4. CE(Güvenlik) belgesine sahip olması gerekmektedir.
5. Enfeksiyon oluşumuna karşı özel yapıya sahip olmalıdır.

DEVRE TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme şeffaf pleksi glas malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Malzeme küvöz ve açık yataklarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Malzeme enfeksiyon oluşumuna karşı özel yapıya sahip olmalıdır.
4. Malzemeye uygunluk verilebilmesi için cihazlarda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
5. Malzeme CE(Güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.


Selman Ocak
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


NURSTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU