

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-128
İstem No : 84211
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SPO2 CİHAZININ BATARYASININ BAKIM VE ONARIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM ONARIM, MR UYUMLU SPO2 CİHAZI BATARYASI	1	Adet					
2	BAKIM ONARIM, KAFA ÜNİTESİ BATARYASI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MR UYUMLU SPO2 CİHAZ BATARYASI BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Onarım yapılacak olan ilgili firma PHİLİPS marka uyumlu yedek parça kullanmalıdır.
2. Onarım yapılacak olan ilgili firma aynı arıza için en az 6 ay garanti vermelidir.

KAFA ÜNİTESİ BATARYA BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Onarım yapılacak olan ilgili firma cihaza yerinde tespit edip ona göre uyumlu yedek parça kullanmalıdır.
2. Onarım yapılacak olan ilgili firma aynı arıza için en az 6 ay garanti vermelidir.

İSMAİL YILDIRIM
BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ



Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu





T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : MR UYUMLU SPO2 CİHAZI		
RADYOLOJİ	Marka : PHILIPS		
	Model : MR200		
	Seri No: US40600426		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 05.01.2026	Var []	Yok [x]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti :

Cihazın bataryası şarj tutmamaktadır. Bakım onarımının ilgili firma tarafından yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	 Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :

--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : KAFA ÜNİTESİ		
KBB POLK	Marka		
	Model :		
	Seri No:		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 05.01.2026	Var []	Yok [x]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti :

Cihazın bataryası şarj tutmamaktadır. Bakım onarımının ilgili firma tarafından yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ 	Nurettin DİNCER BİYOMEDİKAL Sorumlusu 	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koruyucu Hekim

Açıklama :