

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

16/01/2026

İlan No : 2026-01-156
İstem No : 84241
Alım No :
Talep Eden Birim : Histoloji ve Embriyoloji / Histoloji ve Embriyoloji
Konu : İNKÜBATÖR RAFI

G.T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNKÜBATÖR RAFI, KARBONDİOKSİTLİ İNKÜBATÖR UYUMLU	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

44297

KARBONDİOKSİTLİ İNKÜBATÖR RAFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Raflar Histoloji ve Embriyoloji Hücre Kültürü laboratuvarında bulunan MEMMERT marka ICO 150 model CO2'li inkübatöre uyumlu olmalıdır.
2. Raflar paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
3. Raflar inkübatör içi gaz dağılımını sağlamak için delikli tasarıma sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Ebru BALLI
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Histoloji ve Embriyoloji
Dip. Tes. No.: 60070-89726



Prof. Dr. Ebru BALLI

Prof. Dr. Banu COŞKUN YILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Histoloji ve Embriyoloji
Dip. Tes. No.: 46805-83829



Prof. Dr. Banu COŞKUN YILMAZ