

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-561
İstem No : 84257
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : RÖNTGEN CİHAZI İÇİN MASA MOTORU ALIMI

DN

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 16/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MASA MOTORU, RÖNTGEN CİHAZI İÇİN, SAMSUNG, GC85A MODEL, SERİ NO:578JM3DT900001X, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/22/8773	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

RÖNTGEN MASA MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Motor, Samsung GC85A modeli ile %100 uyumlu olmalı, herhangi bir mekanik veya elektronik modifikasyon gerektirmeden monte edilebilmelidir.
2. Motorun çalışma voltajı ve elektriksel özellikleri cihazın mevcut elektrik altyapısı ile uyumlu olmalıdır.
3. Sessiz çalışmalı, titreşim ve sarsıntıya neden olmamalıdır.
4. Motor, CE belgeli olmalıdır.
5. Teklif edilecek motor sıfır, kullanılmamış ve fabrikasyon olmalıdır.
6. Motor için en az 6 ay yıl garanti verilmelidir.

İSMAİL YILDIRIM
BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ



Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DANCER
Biyomedikal Sorumlusu