

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-87
İstem No : 84289
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ETİKET, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU	10000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.
- 3-İDARE İSTEDİĞİ TAKTİRDE İSTEKLİLER NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE TESLİM EDİLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ETİKET, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiket Hidrojen Peroksit sterilizasyonunda kullanılabileceği etiketin üzerinde belirtilmiş olmalıdır (H₂O₂, plazma vs.)
2. Etiket 35-40 mm x 60-70 mm ebadında olmalı ve etikete en az beş satır yazı yazılabilmelidir.
3. Etiketın sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan INTERMEC marka termal yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sorunsuz çalışabilmelidir.
4. Sterilizasyon etiketlerinin üzerinde, sterilizasyon sonrası maruziyeti gösteren ISO 11140-1 standardına uygun Tip 1 kimyasal indikatör olmalıdır. Sterilizasyon işlemine maruz kaldığını gösterecek belirgin ve net okunabilir renk değişimi olmalıdır.
5. Ürünün toksisite yönünden güvenli olduğu, teknik dosya veya üretici tarafından sağlanan geçerli belge ile (ör. test raporu, ürün kataloğu, güvenlik veri sayfası, üretici beyanı) kanıtlanmalıdır. Belge sunulmalıdır.
6. Etiketlerin kenarları radius kesim olmalıdır.
7. Etiketler perforaj ile birbirine bağlı olmalıdır.
8. Etiketın yapışkan yüzeyi ünitemizde kullanılan, smms sterilizasyon sargısı ve sterilizasyon poşetlerine iyi yapışmalı ve sterilizasyon işlemi sonrası da yapışık kalmalı, kırılmamalı, kolay çıkmamalıdır.
9. Teslim edilecek ürün ile beraber aynı metraj uzunlukta wax resin ribon da ücretsiz olarak teslim edilmelidir.
10. Sterilizasyon etiketleri, orijinal ambalajında, temiz, yıpranmamış ve hasarsız şekilde teslim edilmelidir.
11. Ambalaj üzerinde, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası açıkça yer almalıdır.
12. Açılmış, kirli, tozlu veya ambalajı hasar görmüş ürünler kabul edilmeyecektir.


Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MED. Sağlık Araştırma
Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi


Ayser MERİÇ
Marsin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire