

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-89  
İstem No : 84295  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER ALIMI

Ay

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması  | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|---------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | ATEŞ ÖLÇER, DİJİTAL | 300    | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

## ATEŞ ÖLÇER, DİJİTAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ağız, koltuk altı ve makattan ateş ölçebilmelidir.
2. Açma kapama düğmesi ve güç tasarrufu için otomatik kapanma sistemi olmalıdır.
3. 10sn ile 60 sn gibi süreler arasında ısıyı çabuk ölçebilir olmalıdır.
4. Otomatik kontrol özelliği olmalıdır.
5. Su geçirmez özellikte olmalıdır.
6. Ölçüm sonunda sinyal vermelidir.
7. Cam ve cıva içermemelidir.
8. Düz ya da bükülebilme imkanına sahip uç kısmı olmalıdır.
9. Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
10. Hafızası olmalıdır. Sesli uyarı olmalıdır.
11. LCD ekran kolay okunabilir özellikte olmalıdır.
12. Ölçüm aralığı 32.0-44.0C arasında olmalıdır.
13. Doğru ve güvenilir ölçüm yapmalıdır.
14. Uzun ömürlü ve piller dahil olmalıdır.
15. Düşük pil göstergesi olmalıdır.
16. Koruyucu kapağı olmalıdır.
17. Ölçüm sonrası cihaz kapanıp açıldığında cihaz kendini sıfırı göstermelidir.
18. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

**NURETTİN DİNÇER**  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

**Uzm. Hemş. Fulya YILDIRIM**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başhemşire Yardımcısı