

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-135  
İstem No : 84306  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                 | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | BATIN KOMPRES, RADYOOPAKLI, 8 KAT, 44-46CMX44-46CM | 7000   | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.
- 3-)İDARE İSTEDİĞİ TAKTİRDE İSTEKLİLER NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE TESLİM EDİLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

**BATIN KOMPRES, RADYOPAKLI, 8 KAT, 44-46CMX44-46CM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Batın kompresi hidrofil gaz bezinden olmalıdır.
2. Katlama şekli; kenarları içeride olacak şekilde düzenlenmeli (cerrahi tip
3. katlama), kenarlarından serbest lifler vermemelidir. Çift dikişli ortasından ("X" şeklinde) çapraz dikilmiş olmalıdır.
4. Kompres açılımı 90 cm\*2 m ( $\pm 3$ cm) olmalıdır.
5. Gazlı Bez ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır.
6. Gaz kompreste kullanılan gazlı bezin metrekaresi en az 27 gr olmalıdır.
7. Kompresin imal edildiği hidrofil gaz bezi tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm<sup>2</sup>'de toplam 20 tel olmalı ve %100 pamuk ipliğinden üretilmelidir.
8. Kompreste kullanılan radyopaklı iplik boydan boya dokunmuş olmalıdır.
9. Radyopak ipi sabitlemek için yapıştırıcı kullanılmamalıdır.
10. Kullanılan radyopak iplikler monofilamen karakterli, mavi renkte olmalı, buhar otoklav sterilizasyonuna dayanmalı, çekme yapmamalı ve X ışını ile görülebilmelidir.
11. Sterilizasyon sonrası sertleşmemeli ve emici özelliğini kaybetmemelidir.
12. Gaz kompreste kullanılan radyopak iplik 134° C buhar otoklavına dayanıklı olmalı ve çekmemelidir.
13. Paketler taşımaya uygun miktarlarda olmalıdır.
14. Nem ve kirlilikten korunacak şekilde ambalajlanmalıdır.
15. Numuneye yıkama ve otoklav işleminden sonra uygunluk verilecektir.
16. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Öğrt. Gör. Dr. Cumhur ÖZCAN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Genel Cerrahi  
Dip. Tes. No. 116501

Doç. Dr. Mustafa BOZKURT  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Gastroenteroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No. 16525