

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2026

İlan No : 2026-01-15
İstem No : 84323
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2026 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	DATA TRANSFER KARTI, TOMOGRAFİ CİHAZI İÇİN, CANON, TSX035A MODEL, SERİ NO:7CC1862175, DEMİRBAŞ NO:253.3.5.1	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : TOMOGRAFI		
RADYASYON ONKOLOJİ ÜNİTESİ	Marka : CANON		
	Model : AQUILION LIGHTNING 16		
	Seri No: 7CC1862175		
	Demirbaş No: 253.3.5.1		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 08.01.2026	Var []	Yok [x]	Var [x] Yok []

Arıza Özeti :

Cihaz çalışmamaktadır. Bakım anlaşması gereği ilgili firması tarafından yapılan kontrollerde ROT 13 VE ROT 14 iletişim kartlarının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ 	NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU 	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCİ Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :

--

TEKNİK ŞARTNAME

Canon Aquilion Lightning 16 BT Cihazı – Data Transfer Kartı

1. Amaç

Bu teknik şartname, Radyasyon Onkolojisi Birimi'nde kullanılmakta olan Canon Aquilion Lightning 16 model Bilgisayarlı Tomografi cihazında arızalanan data transfer kartının yenisi ile değiştirilmesi amacıyla temin edilecek ürüne ait teknik ve idari özellikleri kapsar.

2. Kapsam

Bu şartname, Canon Aquilion Lightning 16 BT sisteminin görüntüleme, veri iletimi ve sistem haberleşmesini sağlayan data transfer kartının temini, montajı, testleri ve çalışır halde teslimini kapsar.

3. Cihaz Bilgileri

- Marka: Canon
- Model: Aquilion Lightning 16
- Cihaz Türü: Bilgisayarlı Tomografi (BT)
- Kullanım Yeri: Radyasyon Onkolojisi Birimi

4. Teknik Özellikler

- 4.1. Temin edilecek data transfer kartı, Canon Aquilion Lightning 16 BT cihazı ile %100 uyumlu olmalıdır.
- 4.2. Kart, cihazın orijinal sistem mimarisine uygun olmalı; donanımsal ve yazılımsal uyumsuzluk oluşturmamalıdır.
- 4.3. Data transfer kartı, görüntüleme verilerinin sistem bileşenleri arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir şekilde iletilmesini sağlamalıdır.
- 4.4. Kart, cihazın mevcut rekonstrüksiyon, arşivleme ve DICOM veri aktarım süreçlerini tam olarak desteklemelidir.
- 4.5. Ürün orijinal, yeni ve kullanılmamış olmalıdır. Yenilenmiş (refurbished), tamir görmüş veya muadil ürünler kabul edilmeyecektir.
- 4.6. Kart, üretici firmanın belirlediği elektriksel, mekanik ve çevresel standartlara uygun olmalıdır.
- 4.7. Cihazın mevcut donanım ve yazılım versiyonu ile ek adaptasyon veya modifikasyona ihtiyaç duymadan çalışmalıdır.

5. Montaj ve Devreye Alma

- 5.1. Data transfer kartının montajı, yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- 5.2. Montaj sonrası cihazın tüm fonksiyonları test edilmeli, görüntü alımı ve veri transferi sorunsuz şekilde çalışır durumda teslim edilmelidir.

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENÇİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Koordinatör

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SONUMLUSU

5.3. Kurulum ve testler sırasında cihazın mevcut sistem bileşenlerine zarar verilmemelidir.

6. Garanti ve Servis

6.1. Temin edilecek data transfer kartı için en az 6 ay garanti verilmelidir.

6.3. Teknik servis hizmeti, üretici firma veya yetkili servis tarafından sağlanmalıdır.

7. Dokümantasyon

7.1. Ürünle birlikte gerekli olması halinde teknik dokümanlar, uygunluk ve orijinallik bilgileri sağlanmalıdır.

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Koordinator

NURATTIN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU