

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-119
İstem No : 84326
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SU GİRİŞ VALFİ, CERRAHİ ALET YIKAMA CİHAZI İÇİN, STERIS, 3053 MODEL, SERİ NO:66697, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-361	2	Adet					
2	KAPI HALATI, OTOKLAV CİHAZI İÇİN, STERIS, ENVISTER MODEL, SERİ NO:9973, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-362	4	Adet					
3	REZİSTANS, OTOKLAV CİHAZI İÇİN, STERIS, ENVISTER MODEL, SERİ NO:9973, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-362	4	Adet					
4	KAPI BASINÇ SWITCHİ, OTOKLAV CİHAZI İÇİN, STERIS, ENVISTER MODEL, SERİ NO:9973, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-362	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

OTOKLAV REZİSTANSI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Rezistans STERIS marka AMSCO ENVİSTER model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Rezistans bağlantı uçları vidalı somunlu bağlantı tipinde olmalıdır.
- 3-Rezistans 380 V 16 KVA güç değerlerine sahip olmalıdır.
- 4-Rezistans en az 6(Altı) ay otoklav cihazının üreticisi ya da yetkilisi garantisinde olmalıdır.
- 5-Rezistans CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.

MOTOR KAPI HALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Halat, Steris marka Envister model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Halat, içten çelik destekli ve motor dişlisine uygun olacak şekilde dişe sahip olmalıdır.
- 3-Halat, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 4-Halat, üretici ya da yetkili firma tarafından fabrikasyon hatalara karşı orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.

KAPI BASINÇ SWITCHİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Switch, Steris marka Envister model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Switch 2.3 bar hava basıncında çalışmalıdır.
- 3-Switch otoklav cihazının orijinal parçası olmalıdır.
- 4-Switch orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 5-Switch en az 6(altı) garanti kapsamında olmalıdır.

YIKAMA CİHAZI SU GİRİŞ VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Valf, Steris marka 3053 model yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Valf, 24 V AC/DC voltaj özelliğinde olmalıdır.
- 3-Valf, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Valf, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.

Selman DOĞAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Nurettin GİNCER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu