

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2026

İlan No : 2026-01-18
İstem No : 84328
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2026 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VAPORİZATÖR BLOK, HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI İÇİN, STERRAD, 100NX MODEL, SERİ NO:1042160155, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/16/31696	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI	
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Marka : STERRAD	
	Model : 100 NX	
	Seri No: 1042160155	
	Demirbaş No:253.3.5/16/31696	
Tarih: 05/01/2026	Garantili	Bakım Sözleşmeli
	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : CİHAZ ÇALIŞMAMAKTADIR. YETKİLİ FİRMASI TARAFINDAN YAPILAN KONTROLÜNDE VAPORİZATÖR BLOĞUNUN ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. ONARIMI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Gerekli Yedek Parçalar:

1 ADET VAPORİZATÖR BLOK

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selma ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Nurettin DİNÇER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMİ Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :	
------------	--

VAPORİZATÖR BLOK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Blok STERRAD marka 100NX model hidrojen peroksit plazma cihazının orijinal bloğu olmalıdır.
- 2-Blok cihazın orijinal üreticisi tarafından üretilen blok olmalıdır.
- 3-Blok CE(Güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 4-Blok cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 5-Blok temin edilen firma tarafından cihaza takılacaktır.


Selma ÖCAL
Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Nurettin DİNCER
Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu